LOT

CODE

UDI

8 025279 241327

GimaCare


- Usare solo con sistema di monitoraggio multifunzionale GIMACARE.
  Strisce test, chip codice e istruzioni all'interno
- Use only with GIMACARE multi-functional monitoring system.
  Test strips, code chip, and Instruction inside
- Utiliser uniquement avec système de surveillance multifonctionnel GIMACARE.
  Bandelettes de test, puce de code et instructions à l'intérieur
- Usar únicamente con sistema de monitorización multifuncional GIMACARE.
  Las tiras de prueba, el chip del código y las instrucciones están en el interior

Chemical components in sensor:

1. Glucose Dehydrogenase (E. coli)	8%
2. Electron shuttle	55%
3. Enzyme protector	8%
4. Non-reactive ingredients	29%

www.gimaitaly.com GIMA

Campione di sangue
di piccole dimensioni 0,5 µ L
0.5 µ L Tiny Blood Sample
Échantillon de sang très petit 0,5 µ L
Muestra de sangre pequeña 0,5 µ L



Applicare una goccia di sangue qui
Apply a drop of blood here
Appliquer une goutte de sang ici
Aplique una gota de sangre aquí

509683 Rev. 0 - 10/24
Size 4x4,3x5,7 cm

GimaCare

BG

Blood Glucose Test Strip

Strisce Test Glicemia

Bandelettes de Test Glycémie

Tiras de Prueba Glucosa en Sangre



50 PZ PCS PCS PIEZAS

www.gimaitaly.com GIMA

GIMA 24132

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
24888 New Taipei City, Taiwan
www.taidoc.com
Made in Taiwan

REF TD-4371

CE 0123

EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germania

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

IVD

90% 10% 30°C 2°C

Per automonitoraggio
For self-testing
Pour autosurveillance
Para automonitorización





Nota:
1. Non applicare sangue sulla parte superiore della striscia.
2. Qualsiasi area della striscia può essere toccata senza alterare la lettura.

Note:
1. Do not apply blood on the top of the strip.
2. Any area of this strip can be touched and the glucose reading will not be affected.

Note:
1. Ne pas appliquer de sang sur la dessus de la bande.
2. Toute zone de la bandelette peut être touchée sans altérer la lecture

Nota:
1. No aplique sangre sobre la parte superior de la tira.
2. Cualquier área de la tira puede ser tocada sin alterar la lectura.

GimaCare

SCATOLA BOX	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
SCACCHETTO DI PLASTICA PLASTIC BAG	RACCOLTA PLASTICA PLASTIC COLLECTION
MANUALE UTENTE USER MANUAL	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal