REV.0 del

LACCI EMOSTATICI

Modello **Tubolare** super-tex Formato **200 pz**

Cod.

CE

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I NON STERILE

Reg UE 745/2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Destinazione d'uso:
I lacci emostatici in puro lattice di gomma naturale vengono utilizzati come barriera meccanica per la compressione dei vasi sanguigni durante i prelievi venosi o come barriera meccanica a monte delle ferite per fermare l'emorragia. Posizionare il laccio ed annodare. Prima di toglierlo allentare dolcemente.

Limitazioni all'uso ed avvertenze:
Non lasciare in posizione oltre 20 minuti. Non usare su persone che siano allergiche al lattice di gomma. Usare solo su braccio e coscia. Usare il dispositivo solo se integro e non danneggiato. I rischi dovuti al riutilizzo sono correlati ad infezioni e contaminazioni crociate.

Conservazione:
Conservare in luoghi asciutti al riparo dalla pioggia e lontano da fonti di calore.

Smaltimento:
Smaltire come rifiuto potenzialmente contaminato secondo legislazione vigente.

Scadenza:
Cinque anni dalla data di produzione se correttamente conservati.

È NECESSARIO CHE L'UTILIZZATORE E/O IL PAZIENTE SEGNALINO QUALSIASI INCIDENTE GRAVE VERIFICATOSI IN RELAZIONE AL DISPOSITIVO, AL FABBRICANTE E ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO IN CUI L'UTILIZZATORE E/O IL PAZIENTE È STABILITO.



LOT

TORNIQUETS

super-tex

Tubolar model
Code

CE

200 pieces

MEDICAL DEVICE CLASS I NOT STERILE

Reg UE 745/2017

ISTRUCTION FOR USE

Intended use:
Supertex latex rubber torniquets may be used to compress blood vessels during blood sampling or as to stop haemorrhaging in the case of injury. Apply torniquet on position and tight. Before to remove reliase gently.

Restrictions and Warnings:
Don't use more then 20 minutes. Don't use for patients whit latex sensitivity. Use only for arm and thigh. Use the device only if intact, do not use damaged device. Risks due to the device reuse are related to infections and cross-contaminations.

Storage:
Keep in a dry place, away from the rain and far from heat sources.

Disposal:
Dispose of as "potentially hazardous waste" according to the regulation in force.

Expiration:
5 years from the production date if correctly conserved.

IT IS NECESSARY FOR THE USER AND / OR THE PATIENT TO REPORT ANY SERIOUS INCIDENT THAT OCCURRED IN RELATION TO THE DEVICE, TO THE MANUFACTURER AND THE COMPETENT AUTHORITY OF THE STATE IN WHICH THE USER AND / OR THE PATIENT IS ESTABLISHED

Super-Tex srl
Via S. Giuliano, snc 03039 Sora (Fr) - Tel.Fax: 0776.890198
email: super-tex@libero.it • www.supertex.it