S09735 - Rev.0 - 03/26
Size 9,5x23x3 cm

IT - I dispositivi devono essere utilizzati da persone qualificate. Non sterilizzare gli strumenti con soluzioni contenenti ioni di cloruro.
Le soluzioni sterilizzanti devono avere un pH vicino al 6.0/7.0.
Solo per uso professionale. Sterilizzare prima dell'uso.
E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

GB - Qualified person must use the devices.
Don't sterilize the instruments having the solution with chloride ions.
Sterilization solution must have the pH near to 6.0/7.0.
For professional use only; disinfect before use.
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located

FR - Les dispositifs doivent être utilisés par des personnes qualifiées. Ne pas stériliser les instruments avec des solutions à base d'ions de chlorure. Les solutions stérilisantes doivent avoir un pH proche de 6.0/7.0.
Destiné uniquement à l'usage professionnel. Stériliser avant l'utilisation.
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

ES - Los dispositivos deben ser usados por personas capacitadas.
No esterilizar los instrumentos con soluciones que contienen iones de cloruro. Las soluciones esterilizantes deben tener un ph cercano al 6.0/7.0.
Solo para uso profesional. Esterilizar antes del uso.
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

PT - Os dispositivos devem ser utilizados por pessoas qualificadas.
Não esterilize os instrumentos com soluções contendo iões cloreto.
As soluções esterilizantes devem conter um pH próximo de 6.0/7.0
Apenas para utilização professional. Esterilize antes de utilizar.
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

DE - Die Geräte müssen von qualifizierten Personen verwendet werden. Die Instrumente nicht mit chloridhältigen Lösungen sterilisieren.
Die Sterilisierungslösungen müssen einen pH-Wert von 6,0/7,0 haben.
Nur für den professionellen Gebrauch. Vor der Verwendung sterilisieren.
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden

GR - Ο εξοπλισμός; πρέπει να χρησιμοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό.
Μην αποστειρώνετε τα εργαλεία με διαλύματα που περιέχουν χλωριούχα ιόντα. Τα διαλύματα αποστείρωσης; πρέπει να έχουν Ph πλησίον του 6.0/7.0. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Αποστειρώστε πριν από τη χρήση.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

AR - يجب استخدام الأجهزة من قبل أفراد مؤهلين. لا تُعقّم الأدوات بمحاليل تحتوي على أيونات الكلوريد.
يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني لمحاليل التعقيم قريبًا من 6.0/7.0.
للاستخدام المهني فقط. عقّم الجهاز قبل الاستخدام.
يجب عليك الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي نوفره إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تتواجد فيها.

GIMA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the procedures of your municipality concerning waste disposal
SCATOLA BOX 21 PAP

UDI

8 023279 312676

INQUADRA IL CODICE PER SCARICARE IL MANUALE MULTILINGUA
SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THE MULTILINGUAL MANUAL
ENCADREZ LE CODE POUR TÉLÉCHARGER LE MANUEL MULTILINGUE
ENFOQUE EL CÓDIGO PARA DESCARGAR EL MANUAL MULTILINGÜE

https://www.gimaitaly.com/prodotti/31267

DEJERINE Black Edition
Neurological hammer

- Martello neurologico DEJERINE Black Edition
- Marteau neurologique DEJERINE Black Edition
- Martillo neurológico DEJERINE Black Edition
- Martelo Neurológico DEJERINE Black Edition
- DEJERINE Black Edition Neurologischer Hammer
- Νευρολογικό σφυρί DEJERINEBlack Edition
- DEJERINE Black Edition Неврологичен чук
- Neurologické kladivo DEJERINE Black Edition
- DEJERINE Black Edition Neurologisk Hammer
- DEJERINE Black Edition neuroloogiline vasar
- DEJERINE Black Edition neurologinen vasara



GIMA
www.gimaitaly.com

- Neurologické kladivo DEJERINE Black Edition
- Nevrološko kladivo DEJERINE Black Edition
- DEJERINE Black Edition Neurological Hammer
- المطرقة العصبية DEJERINE Black Edition
- DEJERINE Black Edition Neurological Hammer
- DEJERINE Black Edition neurologische hamer
- DEJERINE Black Edition neurologinis plaktukas
- DEJERINE Black Edition neirologiskais āmurs
- DEJERINE Black Edition Neurološki čekić
- DEJERINE Black Edition neurológiai kalapács
- Młotek neurologiczny DEJERINE Black Edition
- Ciocan neurologic DEJERINE Black Edition

REF **31267** LOT

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

CE MD