Manuale utente per sonda videocamera

La sonda videocamera MDscope è un accessorio del videotoscopio MDscope per osservare lo stato di salute delle orecchie e della cavità orale.

Sonda videocamera rigida
La sonda videocamera è un accessorio per osservare lo stato di salute delle orecchie.
Le indicazioni per l'uso includono: ispezione del condotto uditivo esterno; ispezione della membrana timpanica; ispezione degli apparecchi acustici.

Sonda videocamera flessibile
La sonda videocamera è un accessorio per osservare lo stato di salute della cavità orale senza toccare il paziente. Le indicazioni per l'uso includono: ispezione del palato; ispezione della lingua; ispezione della parte anteriore dell'orofaringe.

Attenzione:
1. Utilizzando il videotoscopio MDSCOPE® con la sonda videocamera, l'utente deve accertarsi che l'estremità della sonda videocamera sia tenuta a una distanza NON inferiore a 1,0 cm dal soggetto.
2. Apple BMI fornisce una garanzia di 6 mesi per la sonda videocamera, che ha inizio alla data di acquisto e copre qualsiasi errore di fabbricazione o parte difettosa.
3. La sonda videocamera non è impermeabile se non è espressamente indicato dall'apposita etichetta.
4. Pulire la lente della videocamera con il panno in microfibra di alta qualità contenuto nella confezione.

Qualsiasi evento grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere riferito al produttore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l'utente e/o il paziente

Mode d'emploi de la sonde caméra

La sonde caméra MDscope est un accessoire du vidéotoscope MDscope pour observer l'état de santé des oreilles et de la cavité buccale.

Sonde caméra rigide
La sonde caméra est un accessoire pour observer l'état de santé des oreilles.
Les indications d'emploi comprennent: inspection du conduit auditif externe; inspection de la membrane tympanique; inspection des appareils auditifs.

Sonde caméra flexible
La sonde caméra est un accessoire pour observer l'état de santé de la cavité


buccale sans toucher le patient. Les indications d'emploi comprennent: inspection du palais; inspection de la langue; inspection de la partie antérieure de l'oropharynx.

Attention:

1. Lorsque le vidéotoscope MDSCOPE® est en fonction avec la sonde caméra, l'utilisateur doit s'assurer que l'extrémité de la sonde caméra demeure à une distance NON inférieure à 1,0 cm du sujet.
2. Apple BMI fournit une garantie de 6 mois pour la sonde caméra, à partir de la date d'achat, couvrant toute erreur de fabrication ou partie défectueuse.
3. La sonde caméra n'est pas imperméable, sauf indication spécifique de l'étiquette.
4. Nettoyer la lentille de la caméra avec le chiffon en microfibre de haute qualité contenu dans la boîte.

Tout événement grave se vérifiant en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant aussi bien qu'à l'autorité compétente de l'État membre où réside l'utilisateur et/ou le patient: utiliser les suivantes données pour le contact:

Illustrazione per il montaggio della videocamera
Illustration pour le montage de la caméra



1. **Rimuovere l'anello di fissaggio**
2. **Allineare la sonda per videocamera alla base di montaggio**
3. **Avvitare l'anello di fissaggio**

1. **Enlever l'anneau de serrage**
2. **Aligner le module caméra à la base de montage**
3. **Visser l'anneau de serrage**

Rappresentante nell'Unione europea:
Représentant auprès de l'Union européenne :
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germania

Importato da / Importé par:
Gima S.p.a.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabbricante / Fabricant :
APPLE BioMedical Inc.
8th Floor, No.12, Lane 609, Chong Shin Road,
Sec.5, New Taipei, 24159, Taiwan
Email: info@applebiomed.com
Sito Web: www.applebiomed.com

CE