
4.5mm
CONTEC™ Pulsoximetro/Oximeter
REF CMS50Q1 (GIMA 35057) LOT 000004
Voltaggio Batteria/Battery Voltage:DC 2.6 V-3.6
V Corrente di funzionamento ≤30 mA /
Operating Current: ≤30 mA
Classe di sicurezza/Safety Class: Tipo BF/Type BF
9.5mm
Contec Medical Systems Co.,Ltd.
No.112 Qinhuang West Street,
Qinhuangdao, Hebei Province,
P.R.China - Made in China
IP22
CE 0123
Prolinx GmbH, Brehmstr. 56,
40239 Duesseldorf Germany
SN
4.5mm