HUDSON RCI®

# Nasal Cannula

REF 1103, 1104, 1104L, 1811, 41110

NON STERILE

PHT DEHP

Rx ONLY

Do not reuse. Nicht wiederverwenden. Ne pas réutiliser. No reutilizar. Non riutilizzare. Não reutilizar. Får inte återanvändas. Niet hergebruiken. Må ikke genbruges. Ei saa käyttää uudelleen. Skal ikke gjenbrukes. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Tekrar kullanmayın. Nie używać ponownie. Повторно не использовать. Ne uporabite ponovno

Not made with natural rubber latex. Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Non fabriqué en caoutchouc de latex naturel. No fabricado con látex de caucho natural. Non fabbricato in lattice di gomma naturale. Não fabricado com látex de borracha natural. Inte tillverkad av naturligt latexgummi. Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex. Ikke lavet af naturligt gummilatex. Ei valmistettu luonnonkumilateksista. Inneholder ikke naturgummilateks. Δεν είναι φτιαγμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ. Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir. Wyprodukowano bez użycia naturalnego lateksu. Не содержит натурального каучука. Ni izdelano iz lateksa iz naravnega kavčuka.

Teleflex MEDICAL
3015 Carrington Mill Blvd
Morrisville, NC 27560 USA
USA: (866) 246 6990
International: +1 919 544 8000

CE 1639

EC REP
Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Rd.
Athlone, Co. Westmeath
Ireland

© Copyright 2006, 2009, 2011, 2013, 2018 Teleflex

L02814 R01

## Nasal Cannula — en

**Directions for use:**
- Attach oxygen supply tubing to gas source
- Set oxygen to prescribed flow
- Check for gas flow through device
- Insert nasal tips into the nostrils with two plastic tubes over the ears and under the chin
- Gently adjust plastic slide until the cannula is secure

NOTE: Nasal tips may be trimmed to fit smaller patients.

**Warnings:**
- The results of certain animal experiments have shown phthalates to be potentially toxic to reproduction. Proceeding from the present state of scientific knowledge, risks for male premature infants cannot be excluded in the case of long-term exposure or application. Medical products containing phthalates should be used only temporarily with pregnant women, nursing mothers, babies and infants.
- Single use: Do not reuse, reprocess or re-sterilize. Reuse of device creates a potential risk of serious injury and/or infection which may lead to death. Reprocessing of medical devices intended for single use only may result in degraded performance or a loss of functionality.

Single use only; use only once.

PHT DEHP Contains DEHP

Hudson RCI and the Hudson RCI logo are registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates.

## Nasenkanüle — de

**Gebrauchsanleitung:**
- Sauerstoffzufuhrschlauch an die Gasquelle anschließen
- Sauerstoffffluss gemäß der Verordnung einstellen
- Gasfluss durch das Gerät überprüfen
- Nasenstutzen in die Nasenlöcher einführen und die beiden Kunststoffschläuche über die Ohren und unter das Kinn führen
- Kunststoffschieber vorsichtig anpassen, bis die Nasenkanüle sicher sitzt.

HINWEIS: Für kleinere Patienten können die Nasenstutzen zurechtgeschnitten werden.

**Warnungen:**
- Im Tierexperiment wurde verschiedentlich eine potenziell toxische Wirkung von Phthalaten auf die Fortpflanzung nachgewiesen. Gemäß dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Forschung sind Risiken für männliche Frühgeborene bei lang dauerndem Kontakt bzw. lang dauernder Anwendung nicht auszuschließen. Bei Schwangeren, Stillenden, Babys und Kleinkindern sollten Medizinprodukte, die Phthalate enthalten, nur kurzfristig angewendet werden.
- Zum Einmalgebrauch: Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Die Wiederverwendung der Vorrichtung bringt ein potenzielles Risiko für schwere Verletzungen und/ oder Infektionen mit sich, die zum Tod führen können. Die Wiederaufbereitung von Medizinprodukten, die nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, kann zu Leistungseinbußen oder verminderter Funktionsfähigkeit führen.

Nur für den Einmalgebrauch; nur einmalig verwenden.

PHT DEHP Enthält DEHP

## Lunettes à oxygène — fr

**Mode d'emploi :**
- Raccorder le circuit d'alimentation en oxygène à la source de gaz
- Régler l'oxygène sur le débit prescrit
- Confirmer le débit gazeux par le dispositif
- Introduire les embouts nasaux dans les narines en faisant passer les deux tuyaux en plastique au-dessus des oreilles et sous le menton
- Régler délicatement la bague coulissante jusqu'à ce que les lunettes soient bien ajustées.

REMARQUE : Les embouts nasaux peuvent être raccourcis pour s'adapter aux patients de petite taille.

**Avertissements :**
- Les résultats de certaines expériences sur animaux ont montré que les phtalates sont potentiellement toxiques pour la reproduction. Selon l'état actuel des connaissances scientifiques, des risques encourus par les enfants prématurés mâles ne peuvent être exclus en cas d'exposition ou d'application de longue durée. Les produits médicaux contenant des phtalates ne doivent être utilisés que temporairement chez les femmes enceintes, les mères allaitantes, les nourrissons et les bébés.
- À usage unique : Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. Une réutilisation du dispositif crée un risque de lésion et/ou d'infection graves pouvant conduire au décès. Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique peut provoquer une dégradation des résultats ou une perte de fonctionnalité.

À usage unique exclusivement ; n'utiliser qu'une seule fois.

PHT DEHP Contenu DEHP

## Cánula nasal — es

**Instrucciones de uso:**
- Acople el tubo de suministro de oxígeno a la fuente de gas
- Establezca el flujo de oxígeno en el valor prescrito
- Compruebe que haya flujo de gas a través del dispositivo
- Inserte las puntas nasales en los orificios nasales con dos tubos de plástico sobre las orejas y debajo de la barbilla
- Ajuste suavemente la guía deslizante hasta que la cánula esté bien sujeta.

NOTA: Las puntas nasales pueden recortarse para adaptarse a pacientes de contextura más pequeña.

**Advertencias:**
- Los resultados de algunos experimentos en animales muestran que los ftalatos pueden ser tóxicos para la función reproductora. En el estado actual del conocimiento científico, no es posible excluir los riesgos para los bebés prematuros de sexo masculino en caso de exposición o aplicación prolongadas. Los productos médicos que contienen ftalatos solo deben ser utilizados de forma temporal en mujeres embarazadas, madres lactantes, recién nacidos y lactantes.
- De un solo uso: No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. La reutilización del dispositivo crea un posible riesgo de lesiones graves o infección, que pueden provocar la muerte. El reprocesamiento de los dispositivos médicos concebidos para un solo uso puede reducir su rendimiento u ocasionar una pérdida de funcionalidad.

Para un solo uso; utilícese solo una vez.

PHT DEHP Contiene DEHP

## Cannula nasale — it

**Istruzioni per l'uso**
- Collegare il tubo dell'ossigeno alla sorgente del gas
- Impostare il flusso di ossigeno sul valore prescritto
- Verificare il flusso del gas attraverso il dispositivo
- Inserire i tubicini nasali nelle narici e disporre le due cannule in plastica sopra le orecchie e sotto il mento
- Regolare delicatamente lo scorrevole in plastica fino a fissare la cannula.

NOTA – I tubicini nasali possono essere rifilati per adattarli ai pazienti più piccoli.

**Avvertenze**
- I risultati di alcuni esperimenti sugli animali hanno dimostrato che gli ftalati sono potenzialmente tossici per la riproduzione. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, non si possono escludere rischi per i neonati prematuri di sesso maschile in caso di esposizione o applicazione prolungate. I prodotti medici contenenti ftalati devono essere usati soltanto temporaneamente sulle donne in gravidanza o in allattamento, sui neonati e bambini piccoli.
- Monouso: Non riutilizzare, ricondizionare né risterilizzare. Il riutilizzo del dispositivo può esporre al rischio di lesioni e/o infezioni gravi che possono risultare letali. Il ricondizionamento di dispositivi medici esclusivamente monouso può determinare un peggioramento delle prestazioni o una perdita di funzionalità.

Esclusivamente monouso; utilizzare solo una volta.

PHT DEHP Contiene DEHP

## Cânula nasal — pt

**Instruções de utilização:**
- Ligue a tubagem de alimentação de oxigénio à fonte do gás
- Defina o oxigénio para o fluxo prescrito
- Verifique a existência de fluxo de gás através do dispositivo
- Insira as pontas nasais nas narinas com dois tubos de plástico por cima das orelhas e por baixo do queixo
- Ajuste delicadamente o componente plástico de correr até a cânula ficar segura.

NOTA: As pontas nasais podem ser aparadas para se ajustarem a doentes mais pequenos.

**Advertências:**
- Os resultados de certas experiências em animais demonstraram que os ftalatos são potencialmente tóxicos para a reprodução. Considerando o actual estado de conhecimentos científicos, não é possível excluir riscos para bebés prematuros do sexo masculino em caso de exposição ou aplicação de longa duração. Os produtos médicos que contêm ftalatos só devem ser utilizados temporariamente em mulheres grávidas, mães em período de amamentação, bebés e crianças.
- Utilização única: não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. A reutilização do dispositivo cria um potencial risco de lesões graves e/ou infecção que podem levar à morte. O reprocessamento de dispositivos médicos que se destinam a uma única utilização poderá resultar na degradação do desempenho ou na perda de funcionalidade.

Apenas para uma única utilização; utilize apenas uma vez.

PHT DEHP Contém DEHP

## Näskanyl — sv

**Bruksanvisning:**
- Anslut oxygentillförselslangen till gaskällan
- Ställ in oxygenet på föreskrivet flöde
- Kontrollera att gasen flödar genom enheten
- För in kanylspetsarna i näsborrarna med två plastslangar runt öronen och under hakan
- Justera glidreglaget av plast varsamt tills kanylen sitter på ordentligt.

OBS! Kanylspetsarna kan beskäras för att passa till mindre patienter.

**Varningar:**
- Resultaten från vissa försök utförda på djur har visat att ftalater kan ha en reproduktionstoxisk effekt. Baserat på dagens vetenskapliga kunskaper är det inte möjligt att utesluta risker för för tidigt födda barn av manligt kön vid långvarig exponering eller applicering. Medicinska produkter som innehåller ftalater bör användas endast tillfälligt hos gravida kvinnor, ammande kvinnor, spädbarn och barn.
- För engångsbruk: Får inte återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras. Återanvändning av enheten medför en risk för allvarlig skada och/eller infektion som kan leda till dödsfall. Ombearbetning av medicintekniska enheter som endast är avsedda för engångsbruk kan leda till försämrad prestanda och funktion.

Endast för engångsbruk; använd endast en gång.

PHT DEHP Innehåller DEHP

## Zuurstofbril — nl

**Gebruiksaanwijzing:**
- Bevestig de zuurstoftoevoerslang aan de zuurstofbron
- Stel de zuurstof in op de voorgeschreven flow
- Controleer of er zuurstof door het hulpmiddel stroomt
- Plaats de neuspunten in de neusgaten met de twee kunststofslangen over de oren en onder de kin
- Stel het kunststof schuifstukje voorzichtig bij totdat de zuurstofbril goed vastzit.

OPMERKING: De neuspunten kunnen worden bijgeknipt voor kleine patiënten.

**Waarschuwingen:**
- De resultaten van bepaalde dierproeven hebben uitgewezen dat ftalaten mogelijk toxisch voor de voortplanting zijn. Afgaande op de huidige staat van de wetenschappelijke kennis kunnen risico's voor te vroeg geboren mannelijke zuigelingen niet worden uitgesloten in geval van langdurige blootstelling of toepassing. Medische producten die ftalaten bevatten, mogen uitsluitend tijdelijk worden gebruikt bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, baby's en zuigelingen.
- Voor eenmalig gebruik: Niet opnieuw gebruiken, herverwerken of opnieuw steriliseren. Hergebruik van het hulpmiddel vormt een potentieel risico op ernstig letsel en/of infectie met mogelijk overlijden tot gevolg. Het herverwerken van medische hulpmiddelen die uitsluitend zijn bestemd voor eenmalig gebruik, kan resulteren in slechte prestaties of verlies van functionaliteit.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik; slechts één keer gebruiken.

PHT DEHP Bevat DEHP

## Næsebrille — da

**Brugsanvisning:**
- Forbind iltforsyningsslangen med iltkilden
- Indstil ilten til det ordinerede niveau
- Kontrollér gennemstrømningen igennem anordningen
- Anbring næseborsspidserne i næseborene og de to plastslanger omkring ørerne og under hagen
- Justér forsigtigt glideren af plast, så brillen sidder korrekt.

BEMÆRK: Næseborsspidserne kan klippes til, så de passer til mindre patienter.

**Advarsler:**
- Resultater af visse dyreforsøg har vist, at phthalater er potentielt skadelige for reproduktionsevnen. Med udgang i den nuværende videnskabelige viden kan det ikke udelukkes, at der er risici for præmature spædbørn af hankøn i tilfælde af langtidseksponering eller -anvendelse. Medicinske produkter, der indeholder phthalater, bør kun anvendes midlertidigt på gravide kvinder, ammende mødre, spædbørn og nyfødte.
- Til engangsbrug: Må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres. Genbrug af anordningen udgør en potentiel risiko for alvorlig skade og/eller infektion, som kan medføre døden. Genklargøring af medicinske anordninger, som udelukkende er beregnet til engangsbrug, kan resultere i forringet præstation eller funktionssvigt.

Kun til engangsbrug; må kun bruges én gang.

PHT DEHP Indeholder DEHP

## Happiviikset fi

**Käyttöohjeet:**
- Kiinnitä happiletku kaasulähteeseen
- Aseta happivirtaus määrätylle tasolle
- Tarkista, että kaasua virtaa laitteen läpi
- Työnnä nasaalikärjet sieraimiin ja vie kaksi muoviletkua korvien yli ja leuan alta
- Säädä muovista liukukiristintä varovasti, kunnes happiviikset ovat kunnolla paikallaan.

HUOMAUTUS: Nasaalikärjet voidaan leikata pienille potilaille sopiviksi.

**Varoitukset:**
- Tiettyjen eläinkokeiden tulokset ovat osoittaneet, että ftalaatit saattavat olla myrkyllisiä lisääntymiselle. Nykyisen tieteellisen tietämyksen valossa ei voida sulkea pois keskospoikiin kohdistuvaa vaaraa pitkäaikaisessa altistuksessa tai käytössä. Ftalaatteja sisältäviä lääketieteellisiä tuotteita tulisi käyttää vain väliaikaisesti raskaana olevilla tai imettävillä naisilla, vauvoilla ja imeväisikäisillä.
- Kertakäyttöinen: Ei saa käyttää, prosessoida tai steriloida uudelleen. Laitteen uudelleenkäyttö aiheuttaa mahdollisen vakavan vamman vaaran ja/tai infektion, joka saattaa olla kuolemaan johtava. Kertakäyttöisten lääketieteellisten laitteiden uudelleenkäsittely voi heikentää niiden toimivuutta tai estää niiden toiminnan.

Kertakäyttöinen; käytä vain kerran.

PHT DEHP Sisältää DEHP:tä

## Nesekateter no

**Bruksanvisning:**
- Koble slangen for oksygentilførsel til gasskilden
- Still inn oksygenet med foreskrevet flow
- Kontroller gassflowen gjennom anordningen
- Sett nesetuppene inn i neseborene med to plastslanger over ørene og under haken
- Juster forsiktig plastglideren til kateteret sitter godt.

MERKNAD: Nesetuppene kan klippes til for å kunne passe til mindre pasienter.

**Advarsler:**
- Resultatene fra visse dyreforsøk har vist at ftalater er potensielt skadelige for forplantningsevnen. Basert på de vitenskapelige kunnskapene vi har i dag, kan det ikke utelates at premature guttebarn blir utsatt for fare ved eksponering eller bruk over lengre tidsrom. Medisinske produkter som inneholder ftalater, skal kun brukes i korte perioder av gravide kvinner, ammende mødre, små barn og spedbarn.
- Til engangsbruk: Skal ikke gjenbrukes, reprosesseres eller resteriliseres. Gjenbruk av anordningen skaper potensiell risiko for alvorlig personskade og/eller infeksjon, som kan føre til død. Reprosessering av medisinske enheter som er laget kun for engangsbruk, kan føre til redusert ytelse eller funksjonalitet.

Kun til engangsbruk, brukes kun én gang.

PHT DEHP Inneholder DEHP

## Ρινικός σωληνίσκος el

**Οδηγίες χρήσης:**
- Συνδέστε τη σωλήνωση παροχής οξυγόνου στην πηγή αερίου
- Ρυθμίστε το οξυγόνο στη ροή που έχει συνταγογραφηθεί
- Ελέγξτε τη ροή του αερίου διαμέσου της συσκευής
- Εισάγετε τα ρύγχη για τη μύτη στα ρουθούνια με δύο πλαστικούς σωλήνες επάνω από τα αυτιά και κάτω από το πηγούνι
- Ρυθμίστε, με ήπιες κινήσεις, τον πλαστικό ολισθητήρα, μέχρι να ασφαλίσει ο σωληνίσκος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να κόψετε τα ρύγχη για τη μύτη, ώστε να εφαρμόζουν σε μικρότερους ασθενείς.

**Προειδοποιήσεις:**
- Τα αποτελέσματα ορισμένων πειραμάτων σε ζώα έδειξαν ότι οι φθαλικές ενώσεις είναι δυνητικά τοξικές για την αναπαραγωγή. Με βάση την παρούσα επιστημονική γνώση, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόωρων αρρένων νεογνών σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ή χρήσης. Ιατρικά προϊόντα που περιέχουν φθαλικές ενώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προσωρινά σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και σε μωρά και νεογνά.
- Μίας χρήσης: Μην επαναχρησιμοποιείτε, επανεπεξεργάζεστε ή επαναποστειρώνετε. Η επαναχρησιμοποίηση της συσκευής δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή/και λοίμωξης που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που προορίζονται για μία μόνο χρήση ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της απόδοσης ή απώλεια της λειτουργικότητας.

Για μία μόνο χρήση. Να χρησιμοποιείται μία φορά μόνο.

PHT DEHP Περιέχει DEHP

## Nazal Kanülü tr

**Kullanma Talimatı:**
- Oksijen kaynağı tüpünü gaz kaynağına bağlayın
- Oksijeni yazılan akışa ayarlayın
- Cihaz içinden gaz akışını kontrol edin
- İki plastik tüp kulakların üstünden ve çenenin altından geçecek şekilde nazal uçları burun deliklerine yerleştirin
- Plastik kayan kısmı kanül konumu sağlamlaşıncaya kadar yavaşça kaydırın.

NOT: Nazal uçlar daha küçük hastalara uymaları için kırpılabilir.

**Uyarılar:**
- Belirli hayvan deneylerinin sonuçları ftalatların üreme açısından toksik olabileceğini göstermiştir. Mevcut bilimsel bilgi düzeyinden çıkarak uzun dönemli maruz kalma veya uygulama durumunda erkek prematüre infantlar için riskler göz ardı edilemez. Ftalatlar içeren tıbbi ürünler hamile kadınlar, emziren anneler, bebekler ve infantlarda sadece geçici olarak kullanılmalıdır.
- Tek kullanımlık: Tekrar kullanmayın, tekrar işleme koymayın veya tekrar sterilize etmeyin. Cihazın tekrar kullanılması ölüme neden olabilecek ciddi yaralanma ve/veya enfeksiyon riskine yol açabilir. Sadece bir kez kullanılması amaçlanan tıbbi cihazların tekrar işlenmesi düşük performansa veya işlev kaybına neden olabilir.

Yalnızca tek kullanımlıktır; yalnızca bir kez kullanın.

PHT DEHP DEHP içerir

## Kaniula nosowa pl

**Wskazówki dotyczące stosowania:**
- Podłączyć przewód dopływu tlenu do źródła gazu
- Ustawić zleconą wartość przepływu tlenu
- Upewnić się, że gaz przepływa przez urządzenie
- Wprowadzić końcówki donosowe do nozdrzy, zakładając dwie plastikowe rurki za uszy i pod brodę
- Delikatnie wyregulować plastikowy suwak, aby zamocować kaniulę.

UWAGA: Końcówki donosowe można przyciąć dla pacjentów o małych rozmiarach ciała.

**Ostrzeżenia:**
- Wyniki pewnych doświadczeń na zwierzętach wykazały możliwość toksycznego działania ftalanów na procesy rozrodcze. Obecny stan wiedzy naukowej nie pozwala na wykluczenie istnienia ryzyka dla wcześniaków płci męskiej w przypadkach długotrwałej ekspozycji lub stosowania. W przypadku kobiet ciężarnych, matek karmiących piersią, noworodków i niemowląt produkty medyczne zawierające ftalany powinny być stosowane tylko tymczasowo.
- Do jednorazowego użytku: Nie wolno używać ponownie, poddawać procesom mającym umożliwić ponowne użycie ani ponownej sterylizacji. Ponowne użycie wyrobu stwarza możliwość poważnego urazu i/lub zakażenia, co może spowodować śmierć. Poddawanie wyrobów medycznych przeznaczonych wyłącznie do jednorazowego użytku procesom mającym umożliwić ponowne użycie może obniżyć ich skuteczność lub powodować ich nieprawidłowe działanie.

Wyłącznie do jednorazowego użytku; nie używać ponownie.

PHT DEHP Zawiera DEHP

## Назальная канюля ru

**Инструкция по применению:**
- Подключите трубку подачи кислорода к источнику газа
- Установите предписанный расход кислорода
- Проверьте поток газа через устройство
- Вставьте назальные наконечники в ноздри, заведя две пластиковые трубки за уши и под подбородок
- Аккуратно отрегулируйте пластиковый бегунок для фиксации канюли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Назальные наконечники могут быть обрезаны для соответствия менее крупным пациентам.

**Предупреждения:**
- Результаты определенных экспериментов на животных показали, что фталаты могут быть потенциально токсичными для репродуктивной функции. Современный уровень научных знаний не позволяет исключить риск для недоношенных младенцев мужского пола в случае долговременного контакта с фталатами или их применения. У беременных женщин, кормящих матерей, детей и младенцев медицинские изделия, содержащие фталаты, можно использовать только временно.
- Только для одноразового использования: Не использовать повторно, не обрабатывать вторично и не стерилизовать. Повторное использование устройства создает риск серьезного вреда здоровью и (или) инфекции, которые могут привести к смертельному исходу. Повторная обработка медицинских изделий, предназначенных исключительно для одноразового использования, может привести к ухудшению рабочих характеристик или потере функциональности.

Только для одноразового использования; использовать только один раз.

PHT DEHP Содержит ДЭГФ

## Nosna kanila sl

**Navodila za uporabo:**
- Cevko za dovajanje kisika priključite na vir plina
- Hitrost pretoka kisika nastavite na predpisano vrednost
- Skozi pripomoček preverite pretok plina
- Vstavite nosna roglja skozi nosnici z dvema plastičnima cevkama prek ušes in pod brado
- Nežno prilagajajte plastični drsnik, dokler ni kanila varno pritrjena.

OPOMBA: Nosne roglje lahko prirežete, da se prilegajo manjšim bolnikom.

**Opozorila:**
- Rezultati nekaterih poskusov na živalih so pokazali, da lahko ftalati vplivajo na sposobnost razmnoževanja. Na podlagi trenutnega znanstvenega znanja tveganja za moške nedonošenčke ob dolgi izpostavljenosti ali uporabi ni mogoče izključiti. Medicinske pripomočke, ki vsebujejo ftalate, se lahko pri nosečnicah, doječih materah, majhnih otrocih in dojenčkih uporablja le začasno.
- Za enkratno uporabo: Pripomočka ne uporabljajte ponovno, ne obdelujte ponovno in ne sterilizirajte ponovno. Ponovna uporaba pripomočka povzroči morebitno tveganje za resne poškodbe in/ali okužbo, kar lahko privede do smrti. Ponovna obdelava medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo lahko povzroči slabše delovanje ali nedelovanje pripomočkov.

Samo za enkratno uporabo; uporabite le enkrat.

PHT DEHP Vsebuje DEHP