Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6,
Planta 3, Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es





Ficha técnica

Curad® Látex

Referencia(s)

Referencias	Tamaño
CURE8103	XS
CURE8104	S
CURE8105	M
CURE8106	L
CURE8107	XL

Descripción

Guante de examen de látex

Materiales principales

Látex de caucho natural
Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3
Precaución Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.

Cantidad por caja

100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 90 guantes por dispensador)

Envasado

Dimensiones del dispensador: 225 mm (largo) x 120 mm (ancho) x 72 mm (alto)
Dimensiones de la caja: 380 mm (largo) x 250 mm (ancho) x 242 mm (alto)

Características:
- Código de talla por colores

Fabricante legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
Instalaciones certificadas WRAP - Medline apoya los derechos laborales y humanos

Reglamento 2016/425

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase I – no estéril
De conformidad con la normativa EN 455-1, 2, 3+A1:4
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple las normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5

ISO 374-1:2016/Type C



Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Color: Blanco

Superficie: Completamente texturado

Diseño de puño: Con reborde

Aditivo químico (aceleradores): Ditiocarbamatos por debajo de los límites detectables de acuerdo al método UPB/P/003ª

Ausencia de agujeros (según EN 455-1): ≤1,5 AQL (la norma exige el cumplimiento de 1,5 AQL) utilizando un plan de muestreo según ISO 2859-1

Fuerza de rotura según EN455-2

Referencia	Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N)	Fuerza de rotura después del envejecim acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N, 7 en horno a 70°C)
	Mediana	Mediana
CURE8105	7,5N	6,8N

(Largo y ancho según EN455-2)

Referencia	Longitud:	Ancho
	Mediana	Mediana
CURE8103	240 mm	75 mm
CURE8104	240 mm	86 mm
CURE8105	249 mm	96 mm
CURE8106	244 mm	106 mm
CURE8107	252 mm	115 mm

Otra información:

Contenido de polvo (según EN 3): 0,30 miligramos por guante

Espesor (basado en el mínimo):
Punta del dedo: 0,12mm +/- 0,02
Palma: 0,09mm +/- 0,02
Puño: 0,08mm +/- 0,02

Penetración viral: Probado y aprobado, de conformidad con la norma EN 374-5

Resistencia química: La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1
Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos pueden obtenerse bajo petición

Fecha de caducidad: 36 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Recomendaciones de almacenamiento: Proteger de la congelación. Evite el calor excesivo. Mantener seco El producto se debe proteger de la luz directa del sol, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono.

PAÍS DE ORIGEN: Malasia

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte