
Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
www.medline.eu/es/



Ficha técnica

Electrodos de bucle Lletz estériles

Referencia(s)	• **SP200-L31S ELECTRODO DE BUCLE DE TUNGSTENO 10X10 MM** • **SP200-L45S ELECTRODO DE BUCLE DE TUNGSTENO 15X12 MM** • **SP200-L37S ELECTRODO DE BUCLE DE TUNGSTENO 20X12 MM** • **SP200-L35S ELECTRODO DE BUCLE DE TUNGSTENO 20X15 MM** • **SP200-L36S ELECTRODO DE BUCLE DE TUNGSTENO 20X20MM**
Descripción	**Los electrodos de bucle están diseñados para procedimientos de escisión electroquirúrgica de bucle del cuello uterino, y destinados a ser utilizados con electrobisturís. Están fabricados con alambre de tungsteno. Múltiples tamaños disponibles.** **Se adapta a la mayoría de los bisturíes de cauterización estándar**
Almacenamiento	**Temperatura: +5 ºC a +35 ºC** **Humedad: 20 % a 80 % de humedad relativa**
Materiales principales	**Eje: SST303** **Aislamiento: HIPS DOW470** **Alambre: Tungsteno / Wolframio**
Cantidad por caja	10 unidades por caja *(envasado en una bandeja rígida)*
Envasado	**Bolsa de fácil apertura tipo solapa**
Fabricante	**Dongguan QueenMed Equipment Mfg. Co., Ltd. - China** **EN ISO 13485:2016**
Normativa	De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios Clase: IIb estéril *Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.*

0482

STERILE R

© 2021 Medline Industries LP. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_ *LletzLoopElectrode_ES02*