Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Mascarilla respiratoria FFP2

Referencia(s)

1120

Descripción

Mascarilla respiratoria de filtración de partículas, forma plana, sin válvula, color blanco - FFP2 NR. Libre de látex. Ajuste nasal y dos gomas para la cabeza autoajustables

Materiales principales

Capa externa: 100 % polipropileno
Capa interna: 100 % polipropileno
Ajuste nasal: 2 varillas de hierro y polietileno
Gomas para la cabeza: PP + Elastano + Poliamida
Capa filtrante: 3 capas de polipropileno

Datos técnicos (valores indicativos)

Propiedades físicas	Requerimientos EN 149 FFP2		Resultados
Total fuga interior	No más del 8 %		10/10
Penetración del material del filtro Penetración inicial máxima de aerosoles de ensayo (% máx.)	Ensayo con cloruro sódico 95 l/min	6,00	0,47
	Ensayo con aceite de parafina 95 l/min	6,00	1,61
Resistencia a la respiración Resistencia máxima permitida (mbar)	Inhalación 30 l/min	0,70	0,26
	Inhalación 95 l/min	2,40	0,93
	Exhalación 160 l/min	3,00	1,20

Cantidad por caja

100 unidades por caja de cartón

Envasado

25 unidades por caja, cada unidad envasada individualmente
1 caja de cartón contiene 4 cajas dispensadoras (100 unidades)

Fabricante

Inspire Protection (VBI) - 36 Rue Michel Rondet – 42153 RIORGES, FRANCIA

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual y EN149:2001 + A1: 2009

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

CE 0082 LATEX

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_RespiratorMask-*1120*-ES01

Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 3
Número de documento: EU1-00004-F-00025

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte