Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Mascarilla respiratoria con filtro para partículas

Referencia(s)

AJ-02

Descripción

Mascarilla respiratoria, sin válvula, plana, de 5 capas, en color blanco, con gomas en la cabeza - FFP3

Acolchado nasal de silicona, antivaho, para una mayor comodidad y mayor protección frente a posibles fugas, libre de látex

Ficha técnica

Propiedades físicas	Requisitos EN 149 FFP3		Resultados
Fuga interna total (%)	No más de 2		1.7
Penetración del material del filtro Penetración inicial máxima de aerosoles de ensayo (% máx.)	**Prueba de cloruro sódico 95 l/min**	1,0	0.8
	Ensayo con aceite de parafina 95 l/min	1,0	0.2
Resistencia a la respiración Resistencia máxima permitida (mbar)	Inhalación 30 l/min	1,0	0.4
	Inhalación 95 l/min	3,0	1.3
	Exhalación 160 l/min	3,0	1.8

Materiales principales

Capa externa: polipropileno no tejido
Capa del filtro (x2): meltblown
Revestimiento: algodón hot-air
Capa interna: polipropileno no tejido

Cantidad por caja

500 unidades por caja de cartón

Envasado

1 unidad/bolsa 25 unidades por caja dispensadora Una caja de cartón contiene 500 unidades (20 dispensadores)

Fabricante

Taixing AJ PRO Co., Ltd– EN ISO 9001-2015

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual Categoría III
De conformidad con **EN149:2001 + A1:2009**

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.



© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

…riodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte