
Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

MED-STOP
Conector digital controlado con la punta del dedo para el control de vacío

Referencia(s)

OR853VCA, OR854VCP
ORNEX66VCA, ORNEX610VCA, ORNEX610VCP

Descripción

MED-STOP es un conector digital controlado con la punta del dedo para realizar aspiraciones médicas Utilizado frecuentemente para la aspiración traqueal, el producto está disponible en dos versiones: adulto y pediátrico.

El kit MED-STOP está disponible con un tubo no estéril ORNEX preconectado.

ORNEX es un tubo transparente flexible con poca memoria con una superficie externa acanalada para aumentar la resistencia ante graves depresiones evitando el acodamiento y permitiendo un mayor agarre. En cada extremo hay un conector acanalado azul sellado. La parte interna del conector es cónica y con muescas para garantizar una conexión segura y sin fugas.

Código de artículo	Descripción
OR853VCA	MED-STOP Adulto, control digital de vacío
OR854VCP	MED-STOP Pediátrico, control digital de vacío
ORNEX66VCA	MED-STOP Adulto, control digital de vacío + tubo ORNEX de 6 mm x 1,80 m
ORNEX610VCA	MED-STOP Adulto, control digital de vacío + tubo ORNEX de 6 mm x 3,00 m
ORNEX66VCP	MED-STOP Pediátrico, control digital de vacío + tubo ORNEX de 6 mm x 1,80 m

Materiales principales

MED-STOP: Policarbonato y polietileno. No estéril. Libre de látex.
ORNEX: PVC transparente azul. No estéril. Libre de látex. Con DEHP.

Cantidad por caja

MED-STOP (OR853VCA, OR854VCP): 200 MED-STOP por caja
Kit MED-STOP + ORNEX (ORNEX66VCA, ORNEX610VCA, ORNEX66VCP): 30 kits por caja

Envasado

MED-STOP (OR853VCA, OR854VCP): bolsa fácil de abrir no estéril
MED-STOP + ORNEX (ORNEX66VCA, ORNEX610VCA, ORNEX66VCP): bolsa de PE transparente con abrefácil

Fabricante

Medline Industries, LP. Northfield, IL 60093 EE. UU.
EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y UK MDR
Clase de dispositivo: I no estéril.

Document Number: EU1-00004-F-00025 Document Title: FINT.441 - Technical sheet Revision: 8
FINT.441 Revisión n.º 8 Fecha: 21 de enero de 2019

© 2023 Medline Industries LP. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.

Document Number: EU1-00004-F-00025 Document Title: FINT.441 - Technkal sheet Revision: 8

FINT.441 Revisión n.º 03 - Fecha de entrada en vigor: 2 de enero de 2019

© 2023 Medline Industries LP. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.