www.medline.eu/es





Ficha técnica

Guantes Medline de Nitrilo para Procedimientos Estériles

Guante de nitrilo estéril libre de polvo

Referencia(s)

MDS2294	MDS2295	MDS2296	MDS2297
S	M	L	XL

Descripción

Guante de nitrilo estéril libre de polvo

Materiales principales

Libre de látex
Nitrilo estéril libre de polvo

Color

Azul

Superficie

Puntas de los dedos texturizadas

Diseño del puño

Puño con reborde y doblado para preservar la esterilidad cuando uno mismo se pone los guantes

Aditivos químicos (aceleradores)

Carbamato

Contenido de polvo (según EN455-3)

Contenido de polvo: 0,1 miligramos por guante

Grosor (basado en la media)

Punta del dedo	0,14 mm
Palma	0,11 mm
Puño	0,09 mm

Envasado

50 pares por dispensador – 6 dispensadores por caja
Tamaño de la caja: 300 mm x 150 mm x 135 mm (largo x ancho x alto)
Tamaño del envase: 470 mm x 285 mm x 310 mm (largo x ancho x alto)

Largo y ancho según EN455-2

MDS2294	MDS2295	MDS2296	MDS2297
301 mm	300 mm	302 mm	304 mm
85 mm	96 mm	106 mm	115 mm

Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 6

Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 6 N, 7 días en horno a 70 ± 2 °C)	9,6N
Fuerza de rotura después del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 6 N, 7 días en horno a 70 ± 2 °C)	9,1N
Ausencia de agujeros (según EN 455-1)	Aprobado AQL 1,0 (norma requiere conformidad con AQL 1,5) utilizando un plan de muestreo conforme a la norma ISO 2859-1
Penetración viral	Probado y aprobado, de conformidad con la norma EN 374-5
Resistencia química	La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1 y a fármacos de quimioterapia de acuerdo con ASTM D 6978. Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos y fármacos de quimioterapia pueden obtenerse bajo petición
Fecha de caducidad	36 meses desde la fecha de fabricación Fechas de caducidad y fabricación impresas en el envasado (formato AAAA-MM)
Normativas y normas de calidad	Producto sanitario estéril de clase I según la Directiva 93/42/CEE y el Reglamento sobre productos sanitarios del Reino Unido. Cumple con las normas EN 455-1, 2, 3 y 4. Las plantas de fabricación de Medline son conformes a la norma ISO EN 13485
Certificación EPI	Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple con las normas EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
Recomendaciones de almacenamiento	Proteger del frío. Evitar el calor excesivo. Mantener seco. El producto se debe proteger de la luz directa del sol, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono.
País de origen	Malasia
Fabricante legal	Medline Industries, LP Three Lakes Drive Northfield, IL 60093 EE. UU.

2797 0086

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_MDS229x-MedlineSterileProcedureNitrile-ES06