
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid.
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
**www.medline.eu/es**




# Ficha técnica

# Eclipse®

Equipo para ORL

| | |
|---|---|
| **Referencia(s)** | **9192CEA** |
| **Descripción** | Un cubremesas de 140x190 cm de 50 µm contiene:<br>- 1 sábana Spunlace en U de 196x279 cm, 6x63 cm refuerzo, 45x51 cm adhesivo en U, almohadilla para instrumental, 2 fija tubos**.<br>- 1 paño de cabeza/barra de spunlace, 82,5x107 cm, adhesivo**<br>- 1 funda de mesa de Mayo, 80x142 cm, refuerzo 55x88 cm* |
| **Materiales principales** | Eclipse® spunlace (poliéster + celulosa)<br>- Refuerzo absorbente de polirayón (poliéster + viscosa)<br>- 100% Polietileno |
| **Cantidad por caja** | 8 unidades por caja de cartón |
| **Envasado** | Bolsa de esterilización<br>Una bolsa contiene todas las unidades en una caja de cartón |
| **Fabricante legal** | Medline International France SAS<br>En conformidad con la norma EN ISO 13485 |
| **Normativa** | De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido<br>Clase MD: I - estéril<br>*HP según EN13795-1<br>**SP según EN13795-1<br><br>Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto. |
| **Otra información** | Vídeo de instrucciones de drapeado: |

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.
TDS_ENTPack_9192CEA_ES02

*Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte*



2797 Libre de látex 0086