
Medline Internation Iberia, SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
C/ Campezo, 1 Edif.6 Planta 3,
Lote A 28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
**www.medline.eu/es**




# Ficha técnica

# OPS™ Ultimate

Equipo para ginecología/urología

| | |
|---|---|
| **Referencia(s)** | **TB29170CEA** |
| **Descripción** | Un envoltorio SMS de 102 x 102 cm contiene<br>Un cubremesa de 140x190 cm, 50 µm contiene*:<br>- 1 Paño bilaminado, 45x50 cm, adhesivo*.<br>- 1 paño bajo glúteos, 96x126 cm, refuerzos 37x52 cm y 24x52 cm*<br>- 1 paño de litotomía trilaminado 89/312x229 cm, refuerzo 52x58 cm, 6x17 cm fenestración adhesiva, 2 lengüetas de sujeción del cordón, 2 polainas*.<br>- 1 toalla absorbentes, 58x39 cm desplegadas |
| **Materiales principales** | Material trilaminado absorbente e impermeable (polietileno + polipropileno)<br>Refuerzo de HSPP absorbente (polipropileno + polietileno)<br>Material bilaminado absorbente e impermeable (polietileno + polipropileno) |
| **Cantidad por caja** | 8 unidades por caja |
| **Envasado** | Bolsa de esterilización<br>1 bolsa contiene todas las unidades en una caja de cartón |
| **Fabricante legal** | Medline International France SAS<br>Conforme a la norma EN ISO 13485 |
| **Normativa** | De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido<br>Clase: I estéril<br>**Alta prestación según la norma EN 13795-1<br><br>• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto. |
| **Otra información** | N/A |

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_OB_GYN_UroPack_TB29170CEA_ES02

*Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte*

2797 Libre de látex
0086