Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



690500-N



690501-N



690500-BAG

Ficha técnica

# UROSID® M5 Sistema de Medición de Orina con Bolsa de Recambio

Medidor de orina, sistema cerrado, estéril

**Referencia(s)**

| Referencia | Volumen de bolsa (ml) | Volumen del medidor de orina (ml) | Longitud del tubo (cm) | Característica | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **690500-N** | 2000 | 500 | 150 | Con válvula transversal | 10 |
| **690500-BAG** | 2000 | - | - | Con válvula transversal | 50 |
| **690501-N** | 2000 | 500 | 150 | Sin válvula de drenaje | 10 |

**Descripción**

Sistema de Medición de Orina para monitorear la orina de sus pacientes. Ofreciendo un resultado de medición preciso y válido.
El M5 viene con una cámara de medición sólida de 500 ml dividida en 2 secciones.
Graduación:
- 2 a 40 ml: intervalos de 1 ml
- 50 a 90 ml: intervalos de 5 ml
- 100 a 500 ml: intervalos de 10 ml
El sistema de seguridad contra desbordamiento integrado en la parte superior de la cámara ofrece una característica de seguridad adicional.

El M5 es un sistema de bolsa intercambiable que ofrece una bolsa de 2000 ml debajo de la cámara de medición. Al abrir el grifo situado en la parte superior de la cámara de medición, la orina se drena a la bolsa de intercambio situada debajo. Ofreciendo un nuevo período de medición preciso sin residuos de orina en la cámara.
El medidor de orina está equipado con dos válvulas antirretorno (NRV), la primera dentro del tubo que evita el reflujo de orina desde la cámara de medición hacia el tubo y la segunda en la bolsa de intercambio, lo que garantiza que la bolsa se pueda cambiar sin riesgo de derrames. Dos microfiltros con revestimiento hidrófobo para asegurar la ventilación del aire y al mismo tiempo ser impermeables a bacterias y fluidos. Los microfiltros están ubicados en la parte superior de la cámara de medición y en la bolsa de intercambio, lo que garantiza que el sistema funcione correctamente.
El UROSID M5 está equipado con un puerto de muestra sin aguja para tomar muestras de orina sin riesgo de pinchazos de aguja.

La abrazadera para cerrar el tubo y la abrazadera para sábanas aseguran que el tubo no cree bucles ni dobleces, son solo una característica adicional necesaria. El tubo del M5 viene con un lumen en estrella y un refuerzo en la cámara de goteo para evitar torceduras y pérdida de flujo de orina. La longitud de 150 cm del tubo ofrece la máxima flexibilidad. El diámetro exterior del tubo de 9 mm (+/- 0,15 mm) ofrece un flujo de orina máximo.
El soporte para bolsa de orina más una correa adicional ofrece total flexibilidad para fijar el medidor de orina a todas las camas de los pacientes.
La bolsa de intercambio tiene una capacidad de 2.000ml y una graduación aproximada.
Tiempo de permanencia: hasta 14 días

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

CE 0123 LATEX Libre de látex STERILE EO

| | |
|---|---|
| | No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados |
| **Materiales principales** | <table><tr><th>Parte del producto</th><th>Material</th></tr><tr><td>Bolsa:</td><td>Cloruro de polivinilo (PVC)</td></tr><tr><td>cámara de medición</td><td>Resina K</td></tr><tr><td>Válvula transversal</td><td>ABS, PE, PVC</td></tr><tr><td>Tubo</td><td>PVC</td></tr><tr><td>Ventilación de la bolsa</td><td>PA</td></tr><tr><td>Pinza para tubos y sábanas</td><td>ABS</td></tr><tr><td>Soporte</td><td>PP</td></tr></table> |
| **Cantidad por caja** | Consulte la sección Referencia |
| **Envasado** | Doble bolsa de seguridad estéril fácil apertura |
| **Fabricante legal** | Conod Medical Co., Limited<br>No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town<br>215532 Changshu City, Jiangsu Province<br>REPÚBLICA POPULAR CHINA<br>En conformidad con la norma EN ISO 13485 |
| **Normativa** | De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios<br>Clase: Clase I estéril con función de medición (Clase Im)<br><br>• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto. |
| **Otra información** | Vida útil: 5 años<br>Almacenamiento: de +5°C a +30°C, en un lugar seco y alejado de la luz solar<br>Libre de látex |

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados


0123 Libre de látex

*Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte*