Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

UROSID® Sonda Foley de silicona

Catéter Foley de silicona transuretral, triple lumen, estéril

Referencia(s)

Referencia	Talla (CH)	Longitud (cm)	Volumen del balón (ml)	Color	Cantidad por caja
644016A	16	40	30	Naranja	10
644018A	18	40	30	Rojo	10
644020A	20	40	30	Amarillo	10
644022A	22	40	30	Morado	10
644024A	24	40	30	Azul	10

Descripción

El UROSID® El catéter de silicona Foley es un catéter vesical transuretral de triple lumen hecho de 100% siliconaEstá diseñado con una punta Nelaton que se adapta a las necesidades de la mayoría de sus pacientes. Todos los catéteres de Foley de silicona UROSID están equipados con una tira de contraste de rayos X de sulfato de bario continuo, así como una punta de sulfato de bario, para asegurarse de que el catéter de Foley se visualice bien durante el posible examen de rayos X. Los catéteres Foley UROSID están codificados por colores para facilitar la selección del tamaño correcto de CH. Los catéteres de Foley de silicona UROSID están equipados con un globo para asegurar el catéter dentro de la vejiga del paciente. El globo tiene una capacidad de 30ml. Para llenar el globo, es necesario una solución Recomendamos Glyco-SID (mezcla de glicerina al 10% y agua estéril) para todos los catéteres de Foley de silicona UROSID. Solo infle el balón con la capacidad máxima mencionada con una jeringa Luer.
Esta versión viene con un tercer lumen para administrar soluciones de irrigación, especialmente diseñado como un catéter de foley postoperatorio. El caudal mínimo promedio para el embudo de riego es de 25 ml / min para CH16 a CH20 y 30 ml / min para CH22 a CH24, puede ser mayor dependiendo de la solución de riego.

Tiempo de permanencia: hasta 90 días
No debe utilizarse en casos de:
Lesiones de la uretra o estenosis, inflamación aguda del tracto urinario (uretritis, prostatitis, epididimitis), en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados

Materiales principales

Componente	Material
Catéter:	100 % silicona
Punta de catéter	100 % silicona
Globo	100 % silicona
Válvula de retención	PVC, PP, ABS, silicona, acero inoxidable

Cantidad por caja

Consulte la sección **Referencia**

Envasado

Doble bolsa estéril de tipo pelable (peel pouch)

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

2797 Sin látex 0086 Sin DEHP

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Fabricante legal	Well Lead Medical Co., Ltd. Polígono industrial C-4 Jinhu, Hualong 511434 Panyu, Cantón REPUBLICA POPULAR CHINA En conformidad con la norma EN ISO 13485
Normativa	De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido Clase MD: IIb estéril Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información	Estéril- Óxido de etileno (OE) Vida útil de 5 años Conservar en un lugar seco, alejado de la luz solar.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.