
Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Almohadillas de sensor de caídas del paciente

Referencia(s)

SENPAD01, SENPAD02

Descripción

Esta almohadilla de sensor funciona con el Monitor estándar de caída del paciente de Medline (ALARM01) y activa una alarma cuando se deja de ejercer presión al levantarse de la silla o cama. Uso individual para pacientes.

Referencia	Descripción	Características del producto	Especificaciones técnicas	Dimensiones	Peso neto
SENPAD01	Almohadilla de sensor para silla	• Activa la alarma cuando se deja de ejercer presión • Resistente y duradera • Cable en espiral para proteger el monitor • Las instrucciones de mantenimiento vienen escritas en la almohadilla	**Cable** Cable en espiral de 50 cm con enchufe RJ10 **Temp. de funcionamiento:** 10°C a 25°C **Peso de funcionamiento:** 10 - 200 kg **Resistencia interna:** < 1200 Ω **Limpieza recomendada** Solución de lejía de uso doméstico de 1:100 (hipoclorito sódico de 5,25-6,15%)	38 x 25 cm	130g
SENPAD02	Almohadilla de sensor para cama			76,2 x 25,4 cm	200g

Materiales principales

PVC y PET

Cantidad por caja

5 unidades/caja

Envase

Bolsa de polietileno en caja de cartón

Fabricante

Rondish Company Limited
Unit G, 4/F, Block 1, Kwai Tak Ind. Ctr.
15-33 Kwai Tak. St., Kwai Chung, N.T., Hong Kong
ISO9001:2008

Normativa

Directiva: Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE
CEM: EN55032:2012 + AC2013 (Clase B), EN50130-4:2011 + A:2014
IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010

NON STERILE

CE

© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.

FINT.441 Revisión n.º 03 - Fecha de entrada en vigor: 2 de enero de 2019