Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Recortadora de vello quirúrgica
con cuchillas Ergosafe de un solo uso

Referencia(s)

La recortadora de vello quirúrgica se utiliza para eliminar el vello de la zona quirúrgica antes de la intervención.
DYND70800EU – Recortadora quirúrgica y cargador, enchufe de la UE
DYND70800UK – Recortadora quirúrgica y cargador, enchufe del Reino Unido
DYND70801EU – Recortadora quirúrgica
DYND70802EU – Cargador, enchufe de la UE
DYND70802UK – Cargador, enchufe del Reino Unido

Descripción

Referencia de cabezales	**CUB1 – Cabezal universal Ergosafe**	**CNB2 – Cabezal zonas sensibles Ergosafe**	**CCB3 – Cabezal neuro Ergosafe**
Recommended use	Uso general para el vello corporal	Urología, ginecología y obstetricia	Neurocirugía y cirugía torácica
Áreas	Cuerpo	Perineo y zonas sensibles	Cuero cabelludo y vello duro/grueso
Altura de corte (mm)	0,8	1,1	1,2
Ancho de corte (mm)	31,3	20,0	36,2
Tiempo de carga completo	12 horas (Electromagnético, batería de NiMH)		
Tiempo de funcionamiento con la carga completa	90 – 120 minutos de uso ininterrumpido		
Sumergibilidad	Sumergible en agua a una profundidad no superior a 1 metro durante un máximo de 30 minutos.		
Limpieza/desinfección	Agua y jabón – Hisopo desinfectante/jabón antimicrobiano Aclarar con agua caliente o fría y dejar secar		

Almacenamiento

Temperatura: -10°C a +60°C
Humedad: 10% a 100% de humedad relativa
Presión: 500hPa – 1060hPa

Materiales principales

Cuerpo de la recortadora: Polioximetileno
Cargador de la recortadora: ABS
Cuchillas/Cabezales: Polioximetileno y acero inoxidable
Los productos no contienen ftalatos. Libres de látex.

Cantidad por caja

Cuchillas/Cabezales: 1 unidad/blister - 50 unidades/caja
Recortadora: 1 unidad/caja

Fabricante

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 - EN ISO 13485

Número de documento: EU1-00004-F- Título de documento: FINT.441 - Technical Revision: 4

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Normativa	**De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y la norma IEC 60601-1, IPX7** **Clase: I** *Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.*

© 2021 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.