
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

UROSID® Sonda Foley de silicona

Catéter Foley transuretral de silicona, doble lumen, estéril, con prellenado Jeringa Glyco-SID®

Referencia(s)

Referencia	Talla (CH)	Longitud (cm)	Volumen del balón (ml)	Color	Cantidad por caja
642012A-P	12	40	10	Blanco	5
642014A-P	14	40	10	Verde	5
642016A-P	16	40	10	Naranja	5
642018A-P	18	40	10	Rojo	5
642020A-P	20	40	10	Amarillo	5
642022A-P	22	40	10	Morado	5
642024A-P	24	40	10	Azul	5

Descripción

La sonda Foley de silicona UROSID® es una sonda vesical transuretral de doble lumen fabricada con 100 % silicona Está diseñada con una punta Nelaton que se adapta a las necesidades de la mayoría de sus pacientes. Todos los catéteres Foley de silicona UROSID están equipados con una tira de contraste de rayos X de sulfato de bario continuo, así como una punta de sulfato de bario, para asegurar que el catéter Foley sea bien visualizado durante un posible examen de rayos X. Los catéteres Foley UROSID están codificados por colores para facilitar la selección del tamaño CH correcto. Los catéteres Foley de silicona UROSID están equipados con un globo para asegurar el catéter dentro de la vejiga de los pacientes. El globo tiene una capacidad de 10ml Para bloquear el globo, es necesario un medio de bloqueo. Solo bloquee el globo con la capacidad máxima mencionada en el embudo de bloqueo utilizando una jeringa Luer.
Se adjunta una jeringa precargada de Glyco-SID® con 10 ml de mezcla de agua y glicerina (10%) que recomendamos como medio de bloqueo.
Graduación de la jeringa precargada: 0,2 ml
Tiempo de permanencia: hasta 90 días
No debe utilizarse en casos de:
Lesiones de la uretra o estenosis, inflamación aguda del tracto urinario (uretritis, prostatitis, epididimitis), en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados.

Materiales principales

Componente	Material
Catéter	100 % silicona
Punta de catéter	100 % silicona
Globo	100 % silicona

soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

CE 2797 LATEX sin látex STERILE EO UK CA 0086 PHT DEHP sin DEHP

Válvula de retención	PVC, PP, ABS, silicona, acero inoxidable
Jeringa:	(PP,PE)

Cantidad por caja	Consulte la sección **Referencia**
Envasado	Doble bolsa estéril de pelado
Fabricante legal	Well Lead Medical Co., Ltd. Polígono industrial C-4 Jinhu, Hualong 511434 Panyu, Cantón REPUBLICA POPULAR CHINA En conformidad con la norma EN ISO 13485
Normativa	De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios Clase MD: IIb estéril Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información:	Catéter Foley estéril Óxido de etileno (EO) Glyco-SID ® Gamma (R) Vida útil de 5 años Conservar en un lugar seco, alejado de la luz solar.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.