Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es





Ficha técnica

Restore Sense

Referencia(s)

Referencia	Tamaño
OATN32XS	XS
OATN32S	S
OATN32M	M
OATN32L	L
OATN32XL	XL:

Descripción

Guante de examen de nitrilo con avena coloidal

Materiales principales

Caucho de nitrilo butadieno
Contiene avena coloidal – Hidratante de la piel
Libre de látex

Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3

Cantidad por caja

250 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 230 guantes por dispensador)

Envasado

Dimensiones del dispensador: 240 mm (largo) x 125 mm (ancho) x 77 mm (alto)
Dimensiones de la caja: 397 mm (largo) x 262 mm (ancho) x 253 mm (alto)

Características:
- Film MicroStop
- Envasado a capas planas
- Código de talla por colores

Fabricante legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
Instalaciones certificadas WRAP - Medline apoya los derechos laborales y humanos

Reglamento 2016/425

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase I – no estéril
En cumplimiento con las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple con las normas EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5
EN 16523-1

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

ISO 374-1:2016/Type C



Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Color: Verde limón

Superficie: Punta de los dedos texturizada

Diseño de puño: Con reborde

Aditivo químico (aceleradores): Ditiocarbamatos por debajo de los límites detectables de acuerdo al método UPB/P/003ª

Ausencia de agujeros (según EN 455-1): ≤1,0 AQL (la norma exige el cumplimiento de 1,5 AQL) utilizando un plan de muestreo según ISO 2859-1

Fuerza de rotura según EN455-2

Referencia	Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 6 N)	Fuerza de rotura después del envejec acelerado (según EN455-455-2 ≥ 6 N, 7 horno a 70°C)
	Mediana	Mediana
OATN32M	6,8N	6,7N

(Largo y ancho según EN455-2)

Referencia	Longitud:	Ancho
	Mediana	Mediana
OATN32XS	242mm	75mm
OATN32S	244mm	87mm
OATN32M	244mm	98mm
OATN32L	243mm	106mm
OATN32XL	247mm	113mm

Otra información:

Contenido de polvo (según EN 3): 0,20 miligramos por guante

Grosor (basado en el promedio):
Punta del dedo: 0.05mm
Palma: 0.05mm
Puño: 0.045mm

Penetración viral: Probado y aprobado, de acuerdo con EN 374-5

Resistencia química: La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1 y a fármacos de quimioterapia de acuerdo con ASTM D 6978.
Se pueden obtener resultados y recomendaciones para el uso con productos químicos y medicamentos de quimioterapia a pedido.

Fecha de caducidad: 36 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Contacto con alimentos: Probado de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) N.º 10/2011

Recomendaciones de almacenamiento: Proteger de la congelación. Evite el calor excesivo. Mantener seco El producto debe protegerse de la luz solar directa, la iluminación fluorescente, los rayos X, la humedad y el ozono.

PAÍS DE ORIGEN: Malasia

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.



Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte