Medline International Iberia S.L.U
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Edificio 6, Planta 3, Lote A
Calle de Campezo 1
28022 Madrid
Spain
Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com



Ficha técnica

UROSID® Sistemas de medición de orina M1

Medidor de orina de dos cámaras, sistema cerrado

Referencia(s)

Referencia	Volumen de bolsa (ml)	Volumen Uri Meter (ml)	Longitud del tubo	Característica	Cantidad por caja
690311	2600	400	150	Con aguja	10
690321	2600	400	120	Con aguja	10

Descripción

Sistema de medición de orina para controlar la orina de sus pacientes. Ofrece un resultado de medición preciso y válido. La M1 viene con una sólida cámara de medición de 400 ml dividida en 2 secciones.
Graduación:
- De 0 a 50 ml: Intervalos de 1 ml
- De 55 a 400 ml: Intervalos de 5 ml

El sistema de seguridad contra desbordamiento integrado en la parte superior de la cámara ofrece un elemento de seguridad adicional.
El M1 es un sistema basculante que ofrece una bolsa de 2.600 ml en la parte posterior de la cámara de medición. Inclinando la cámara de medición hacia arriba, la orina se drena en la bolsa adjunta.
El medidor de orina cuenta con una válvula antirretorno (NRV) en el interior de la cámara de goteo y tres microfiltros con revestimiento hidrófobo para asegurar la ventilación del aire al tiempo que lo impermeabilizan frente a bacterias y fluidos. Los microfiltros están situados en la parte superior de la cámara de goteo, en la parte superior de la cámara de medición y en la Bolsa adjunta, asegurándose de que el sistema funciona correctamente.
El M1 se facilita con un puerto de muestra que se utiliza con una aguja. El tamaño de cánula recomendado para el puerto es de 15G o 16G como máximo.

La abrazadera para cerrar el tubo y la abrazadera de la sábana para asegurarse de que el tubo no cree bucles ni pliegues son sólo una característica adicional necesaria. El tubo de la M1 viene con un lumen en estrella y un refuerzo en la cámara de goteo para evitar dobleces y la pérdida de flujo urinario. La longitud variable de 120 cm o 150 cm ofrece la máxima flexibilidad. El diámetro exterior del tubo de 10 mm (+/-0,15 mm) ofrece un flujo máximo de orina.
Puedes vaciar los residuos de orina restantes abriendo el grifo situado en la parte inferior de la cámara para iniciar un nuevo período de medición precisa.
El soporte de la bolsa de orina más una correa adicional ofrecen total flexibilidad para fijar el medidor de orina a todas las camas de pacientes.
La bolsa adjunta tiene una capacidad de 2.600 ml y una graduación aproximada.

Tiempo de permanencia: hasta 14 días

Materiales principales

Componentes	Material
Bolsa	Cloruro de polivinilo (PVC)
Cámara de medición	Resina K
Válvula transversal	ABS, PE, PVC
Tubo	PVC

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

LATEX STERILE EO CE

Libre de látex **0123**

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Ventilación de la bolsa	PA
Pinza para tubos y sábanas	ABS
Soporte	PP

Cantidad por caja	Consulte la sección Referencia
Envasado	Doble bolsa de seguridad estéril fácil apertura
Fabricante legal	CONOD Medical Co., Limited No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town 215532 Changshu City, Jiangsu Province REPÚBLICA POPULAR CHINA De acuerdo con la norma ISO13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios Clase I estéril con función de medición (Clase Im) • Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información	Vida útil: 5 años Almacenamiento: de +5°C a +30°C, en un lugar seco y alejado de la luz solar Libre de látex de caucho natural No reutilizable

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados



Libre de látex **0123**

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte