Medline International Iberia S.L.U
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Edificio 6, Planta 3, Lote A
Calle de Campezo 1
28022 Madrid
Spain

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Kits de intercambio de catéter

Set de accesorios para cateterismo urinario, estéril

Referencia(s)

Referencia	Cantidad por caja
S-030000	40

Descripción

Set estéril básico para la inserción o el cambio de una sola vez de una sonda urinaria transuretral o suprapúbica para el drenaje de la orina. Ofrece todos los componentes necesarios en un solo kit para garantizar la esterilidad de los procedimientos y seguir los protocolos de prevención de infecciones.

Componentes:

1 batea de plástico
1 bol de plástico para hisopos
5 torundas, tamaño ciruela
2 compresas de gasa de 7,5 x 7,5 cm
1 par de fórceps
1 sábana con abertura de hendidura de 60 x 60 cm, impermeable
1 par de guantes de examen de látex, talla media, sin polvo en papel
1 lámina de 60 x 60 cm, impermeable

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados

Materiales principales

Componentes	Material
Batea	Polipropileno
Torundas	Algodón
Gasa	Algodón
Fórceps	Poliestirol
Sábana con hendidura	Polietileno, celulosa (PE, MP)
Guantes	Látex de caucho natural
Envoltorio	Polietileno, celulosa (PE, MP)

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

Envasado

Bolsa estéril individual con fácil apertura

Fabricante legal

Wujiang Kangxin Surgical Dressings Co., Ltd.
No. 1309 Jinshe Road, Jinjiaba Town, 215125 Wujiang City
Jiangsu Province

CE STERILE EO LATEX
0123

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

	República Popular de China De acuerdo con la norma ISO13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios Clase: I estéril • Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información	Estéril- Óxido de etileno (OE) Vida útil de 3 años Almacenamiento -5°C a +38°C, en lugar seco, protegido de la luz solar

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

CE 0123 STERILE EO LATEX