Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tel: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com



Ficha técnica

Signature Latex Green con Aloe Guantes quirúrgicos estériles de látex libres de polvo con revestimiento de polímero sintético + gel de aloe vera

Referencia y talla

MSG5555	MSG5560	MSG5565	MSG5570	MSG5575	MSG5580	MSG5585	MSG5590
5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0

Material principal

Látex de caucho natural con revestimiento de polímero sintético sin polvo

Libre de polvo de acuerdo con la norma ISO 21171 y EN455-3

Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.

Agente facilitador del calzado

Revestimiento de polímero sintético, E-Z glide™ como tecnología de colocación de múltiples capas interiores con poliacrílico y tensioactivo + gel de aloe vera (superficie interior recubierta para colocación de manos secas y húmedas).

Color

Verde oscuro (ideal como guante interior para identificar microperforaciones y otras roturas)

Textura

Suave (la superficie especialmente tratada permite una colocación de dos guantes sin esfuerzo)

Diseño (molde)

Anatómico con dedos rectos y pulgar independiente para replicar la forma de la mano y mejorar la comodidad y reducir la fatiga.

Diseño del puño

Diseño de puño con reborde y ajustado con textura especial para adherirse a la bata quirúrgica para evitar el deslizamiento.

Aditivos químicos (aceleradores)

Dietilditiocarbamato de zinc (ZDEC) y dibutilditiocarbamato de zinc (ZDBC) Niveles químicos residuales por debajo del nivel detectable según el método de ensayo UPB/P/003a

Proteína lixiviable

Por debajo de 50 microgramos/gramo de proteína total extraíble.
Proteínas de látex de heveína por debajo del límite de cuantificación según los ensayos de terceros de FitKit según EN455-3 y ASTM D7427-16.

Revisión: 5
Número de documento: EU1-00004-f Título: FINT.447 - Template technical sheet for surgical

CE 2797 UK CA 0086 LATEX STERILE R

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_MSG55xx ES_05

según EN455-3 utilizando ASTM D5712 (Método Lowry modificado de la proteína)	**Precaución: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en personas con sensibilidad al látex**
Grosor (según ASTM D3577 ≥ 0,10 mm)	Punta del dedo 0,19 mm Palma 0,17 mm Puño 0,15 mm

Largo (mm) y ancho (mm) según EN455-2

MSG5555	MSG5560	MSG5565	MSG5570	MSG5575	MSG5580	MSG5585	MSG5590
294	292	291	292	291	297	294	293
72	78	82	88	95	102	108	112

Fuerza de rotura anterior al envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 9 N)	17,9 N
Fuerza de rotura después del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 9 N, 7 días a 70°C en horno)	14,3 N
Ausencia de agujeros (según EN 455-1 AQL 1,5)	0,65 AQL antes del envasado 0,65 AQL inspección final
Penetración viral	Ensayado y superado el test de conformidad con ISO16604 / ASTM F 1671
Resistencia química	La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1 y a fármacos de quimioterapia de acuerdo con ASTM D 6978. Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos y fármacos de quimioterapia pueden obtenerse bajo petición
Esterilización	Radiación gamma, garantía de esterilidad nivel 10^{-6}
Fecha de caducidad	35 meses desde la fecha de fabricación Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM-DD)
Envasado	Envasado tipo solapa de polietileno Envasado plegado para ahorrar espacio 50 pares por caja dispensadora / 4 dispensadores por caja de cartón / 200 pares por caja de cartón
Normativas y normas de calidad	Las fábricas de Medline están certificadas con la norma EN ISO 13485. Clase IIa según la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre productos sanitarios El producto cumple con los requerimientos de las normas europeas armonizadas EN 455-1, -2, -3 y -4
Certificación EPI	Equipos de protección individual de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425. Cumple las normas EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 e ISO 16604. 
Recomendaciones de almacenamiento	Proteger del frío y el calor extremos. Proteger de la luz directa del sol, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono.
Dirección del fabricante	Medline Industries, LP Three Lakes Drive

Revisión: 5
Número de documento: EU1-00004-f Título: FINT.447 - Template technical sheet for surgical



Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

Northfield, IL 60093 EE. UU.

Número de documento: EU1-00004-f Título: FINT.447 - Template technical sheet for surgical Revisión: 5



Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.