Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid - España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

**www.medline.eu/es**



# OPS™ Essential

# Batas quirúrgicas polirreforzadas

**Referencias**

| Referencia | Longitud (cm) | Talla | Toallas secamanos | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|
| S3500P | 115 | S/M | 2 | 32 |
| S3510P | 120 | L | 2 | 32 |
| S3540P | 140 | XL | 2 | 28 |
| S3513P | 150 | XLL | 2 | 24 |
| S3581P | 170 | 2XLL | 2 | 20 |

**Descripción**

Un envoltorio SMS, 60x60 cm contiene:

- 1 bata SMMMS estéril polirreforzada, cuello ajustable con sistema de apertura y cierre reposicionable
- 2 toallas secamanos absorbentes, 30x39 cm

**Materiales principales**

SMMMS (polipropileno)

Refuerzo transpirable e impermeable (polietileno y polipropileno)

**Envasado**

Bolsa tipo solapa

2 bolsas contienen todas las unidades en una caja de cartón

Condiciones de almacenamiento: 5 – 30°C

**Fabricante**

Medline International France SAS

EN ISO 13485

**Normativa**

De acuerdo con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE

Clase: I estéril

Alta Prestación de acuerdo con la norma EN 13795

De acuerdo con el Reglamento de Equipos de Protección Individual 2016/425

EPI Categoría III estéril

## Prestaciones



EN 14605:
2005+A1:2009
Tipo PB[4]

**Requisitos de prestaciones (solo en áreas reforzadas):**

| Método de ensayo | Nivel de prestación de acuerdo con EN 14605: 2005+A1:2009 |
|---|---|
| Resistencia a la abrasión | Clase 1 |
| Resistencia al agrietamiento por flexión | Clase 6 |
| Resistencia al rasgado | Clase 2/1 |
| Resistencia a la tracción | Clase 2/1 |
| Resistencia a la perforación | Clase 2 |
| Resistencia de las costuras | Clase 2 |

**EN 374-3:2003 Resistencia a la permeación de químicos:**

| Químico | Material |
|---|---|
| Ácido sulfúrico 96% | Nivel 1 |



EN 14126:2003
Tipo PB[4]-B

| Norma | Método de ensayo | Propiedad | Nivel de prestación de acuerdo con EN 14126 : 2003 |
|---|---|---|---|
| EN 14126 (2003) + AC (2004) | ISO 16603 (2004) | Resistencia a la penetración por sangre y fluidos corporales | Clase 3 |
| EN 14126 (2003) + AC (2004) | ISO 16604 (2004) | Resistencia a la penetración de agentes patógenos contenidos en la sangre -- utilizando el método de penetración del bacteriófago Phi-X174 | Clase 3 |
| EN 14126 (2003) + AC (2004) | ISO 22610 (2006) | Resistencia a la penetración bacteriana húmedo | Clase 6 |
| EN 14126 (2003) + AC (2004) | ISO/DIS 22611 (2003) | Resistencia a la penetración por aerosoles líquidos | Clase 3 |
| EN 14126 (2003) + AC (2004) | ISO 22612 (2005) | Resistencia a la penetración microbiana húmedo | Clase 3 |



© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.