Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Cubrebotas impermeable Prevention Plus

Referencia(s)	**NONE27348PXL**
Descripción	Cubrebotas, hasta la rodilla, cierre de velcro alrededor del tobillo, tiras de espuma en la parte inferior, azul, XL, 61 cm
Materiales principales	Polipropileno y polietileno spunbond Prevention Plus, 78 g/m²
Cantidad por caja	150 unidades por caja de cartón
Envase	3 cajas dispensadoras contienen todas las unidades en una caja de cartón
Fabricante legal	Medline International France SAS En conformidad con la norma EN ISO 13485 Fabricado en un centro con certificación WRAP Medline respeta los derechos humanos y laborales
Normativa	De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido Clase MD: I – no estéril De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual Categoría de EPI: III no estéril Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Libre de látex

Medical Device class I non-sterile under Regulation 2017/745
2797 Personal Protective Equipment category III under Regulation (EU) 2016/425
Certified by BSI Group The Netherlands B.V. 1066 EP, Amsterdam, Netherlands



EN 14605

2005+A1:2009
Tipo[PB] - 4.

Método de ensayo	Nivel de rendimiento según EN 14605 **2005+A1:2009**
Abrasión	Nivel 2
Agrietamiento por flexión	Nivel 6
Desgarro trapezoidal	Nivel 2
Fuerza tensil	Nivel 2/1
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia de costura	Nivel 1

ASTM F739: Resistencia a la permeabilidad de los fármacos citotóxicos

Otra información:

Fármacos citotóxicos	Ingredientes activos (mg/ml)	Tiempo medio de detección de avance (minutos)
Carmustina (BiCNU)	3.3	160
Dacarbazina	10.0	480
5-Fluorouracilo	50.0	
Tiotepa	10.0	
Cisplatino	1.0	
Mitomicina C	0.5	
Ciclofosfamida (Cytoxan)	20.0	
Etopósido (Toposar)	20.0	
Sulfato de vincristina	1.0	
Doxorrubicina hidrocloruro	2.0	
Paclitaxel (Taxol)	6.0	
Leucovorina	10.0	
Docetaxel	10.0	
Oxaliplatino	5	

1.0 EN 14126:2003: RESISTENCIA A LOS AGENTES INFECCIOSOS



EN 14126:
Type PB[4]-B

Medical Device class I non-sterile under Regulation 2017/745
2797 Personal Protective Equipment category III under Regulation (EU) 2016/425
Certified by BSI Group The Netherlands B.V. 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Libre de látex

Estándar de prueba	Método de ensayo	Propiedades	Nivel de rendimiento según EN 13034 EN 14126:2003
EN 14126 + AC (2004)	ISO 16603: 2004	Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales	Clase 6/6
EN 14126 + AC (2004)	ISO 16604: 2004	Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre Método de ensayo utilizando el bacteriófago Phi-X174 bacteriófago	Clase 6/6
EN 14126 + AC (2004)	ISO 22610: 2006	Resistencia a la penetración microbiana en húmedo	Clase 6/6
EN 14126 + AC (2004)	ISO/DIS 22611 (2003) 2003	Resistencia a la penetración de aerosol líquido	Clase 3
EN 14126 + AC (2004)	ISO 22612: 2005	Resistencia a la penetración microbiana en seco	Clase 3

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Medical Device class I non-sterile under Regulation 2017/745
2797 Personal Protective Equipment category III under Regulation (EU) 2016/425
Certified by BSI Group The Netherlands B.V. 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Libre de látex