
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Urosid® Sonda Foley De Silicona

Catéter de Foley pediátrico de silicona transuretral, con estilete, estéril

Referencia(s)

Referencia	Talla (CH)	Longitud (cm)	Volumen del balón (ml)	Color	Cantidad por caja
641006A	06	31	1.5	Verde claro	10
641008A	08	31	3-5	Azul	10
641010A	10	31	3-5	Negro	10

Descripción

El catéter de Foley de silicona UROSID® es un catéter de vejiga transuretral de doble luz hecho de 100 % silicona Está diseñado con una punta Nelaton que se adapta a las necesidades de la mayoría de sus pacientes. Todos los catéteres de Foley de silicona UROSID están equipados con una tira de contraste de rayos X de sulfato de bario continuo, así como una punta de sulfato de bario, para asegurar que el catéter de Foley sea bien visualizado durante un posible examen de rayos X.

CH6 - 10 están especialmente diseñados para uso pediátrico, ofreciendo drenaje de orina para sus pacientes más pequeños. Los catéteres de Foley UROSID están codificados por colores para facilitar la selección del tamaño CH correcto. Los catéteres de Foley de silicona UROSID están equipados con un globo para asegurar el catéter dentro de la vejiga de los pacientes.

El globo tiene una capacidad de 1.5ml hasta 3-5ml, dependiendo del tamaño CH. Para el bloqueo del globo, es necesario un medio de bloqueo. Recomendamos Glyco-SID (mezcla de 10% de glicerina y agua estéril) para todos los catéteres de Foley de silicona UROSID. Solo bloquee el globo con la capacidad máxima mencionada en el embudo de bloqueo utilizando una jeringa Luer.

Nuestros catéteres de Foley de silicona pediátricos vienen con un estilete preinsertado para facilitar la colocación segura del catéter.

Tiempo de permanencia: hasta 90 días

No debe utilizarse en casos de:
Lesiones de la uretra o estenosis, inflamación aguda del tracto urinario (uretritis, prostatitis, epididimitis), en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados.

Materiales principales

Componente	Material
Catéter	100 % silicona
Punta de catéter	100 % silicona
Globo	100 % silicona
Válvula de retención	PVC, PP, ABS, silicona, acero inoxidable
Estilete:	PA

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

soporte

Libre de DEHP 2797 Libre de látex

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Envasado	Doble bolsa estéril de pelado
Fabricante legal	Well Lead Medical Co., Ltd. Polígono industrial C-4 Jinhu, Hualong 511434 Panyu, Cantón REPUBLICA POPULAR CHINA En conformidad con la norma EN ISO 13485
Normativa	De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido Clase MD: IIb estéril Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información:	Estéril- Óxido de etileno (OE) Vida útil de 5 años Conservar en un lugar seco, alejado de la luz solar.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Libre de DEHP 2797 Libre de látex