Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

AG CUFFILL

Referencia

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
HSCUFF0041	AG CUFFILL, CMH2O, 10CC	10/caja

Descripción

El dispositivo AG Cuffill es una solución precisa para medir la presión del manguito y controlar el volumen de aire en el manguito de los tubos endotraqueales de PVC y silicona para evitar el inflado excesivo o insuficiente.
El diseño portátil y ergonómico en forma de jeringa permite un manejo sencillo y fácil por parte de enfermeras, veterinarios, terapeutas respiratorios y técnicos. Muy parecido a la práctica común existente, es decir, inflar el manguito con una jeringa, el AG Cuffill consigue una mayor precisión y, lo que es más importante, una práctica más segura.

Características y beneficios

- Permite leer y ajustar con precisión la presión del manguito
- Intuitivo de usar, y de bolsillo y ligero
- Minimiza el riesgo de sobreinflado y subinflado del manguito
- Rango de medición 0-99 cm H_2O, precisión ±2% cm H2O
- Dura 100 lecturas
- Se apaga automáticamente 60 segundos después de la activación

Materiales principales

Componente	Tipo de material
Tapón de émbolo	Goma de poliisopreno
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno
Vástago del émbolo : Carcasa y tapa de plástico	Policarbonato /aleación ABS
Etiqueta de información	Película de poliéster
Circuito eléctrico (PCB)	Epoxi CCL
Etiqueta del botón de encendido y la cubierta LCD	Película de policarbonato
Batería:	Litio 3V Pila de botón de manganeso

Cantidad por caja

10 unidades por caja

Envasado

Bolsa transparente

Fabricante legal

Hospitech Respiration Ltd.
15 Atir Yeda, Kfar Saba 4464312, Israel

Normativa

De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los Productos Sanitarios
HSCUFF0041 Clase: I m No estéril


Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

0483 Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

- Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados



0483 Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9