Medline International Iberia S.L.U.

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:



M200

Ficha técnica

UROSID® Sistemas de Medición de Orina Pediátrica M200

Medidor de Orina de Cámara Única, sistema cerrado

Referencia(s)

Referencia	Volumen de bolsa (ml)	Medidor de Volumen de Orina (ml)	Longitud del tubo	Característica	Cantidad por caja
690343	2000	200	120	Con aguja	10
690343-N	2000	200	120	Sin aguja	10

Descripción

Sistema de Medición de Orina Pediátrica para monitorear la orina de sus pacientes más pequeños. Ofreciendo un resultado de medición preciso y válido. El M200 viene con una sólida cámara de medición única de 200ml.
Graduación:
- 0 a 18ml: intervalos de 1ml
- 18 a 50ml: intervalos de 2ml
- 50 a 200ml: intervalos de 5ml

El sistema de seguridad contra desbordamiento integrado en la parte superior de la cámara ofrece una característica de seguridad adicional.

El M200 es un sistema inclinable, que ofrece una bolsa de 2,000ml en la parte trasera de la cámara de medición. Al inclinar la cámara de medición hacia arriba, la orina se drena en la bolsa adjunta.
El Medidor de Orina está equipado con una Válvula de No Retorno (NRV) dentro de la cámara de goteo y dos Microfiltros recubiertos hidrofóbicamente para asegurar la ventilación del aire mientras es impermeable contra bacterias y fluidos. Los microfiltros están ubicados en la parte superior de la cámara de goteo y la bolsa adjunta, asegurando que el sistema funcione correctamente.
El M200 está equipado con un puerto de muestra que se utiliza con una aguja o un puerto de muestra sin aguja para tomar muestras de orina sin el riesgo de pinchazos con agujas. El tamaño de cánula recomendado para el puerto con aguja es un máximo de 15G o 16G.
La pinza para cerrar el tubo y la pinza de la sábana, para asegurarse de que el tubo no forme bucles o torceduras, son solo una característica adicional necesaria. El tubo de 120 cm del M200 viene con un lumen estrellado y un refuerzo en la cámara de goteo para prevenir torceduras y la pérdida de flujo de orina. El diámetro exterior del tubo de 10 mm (+/- 0.15 mm) ofrece un máximo flujo de orina.
Al abrir el grifo en la parte inferior de la cámara, puedes vaciar los residuos de orina restantes para comenzar un nuevo período de medición precisa.
El soporte para la bolsa de orina más una correa adicional ofrece total flexibilidad para sujetar el medidor de orina a todas las camas de los pacientes.
La bolsa adjunta tiene una capacidad de 2,000 ml y una graduación aproximada.

Tiempo de permanencia: hasta 14 días

Materiales principales

Componente	Material
Bolsa:	Cloruro de polivinilo (PVC)
cámara de medición	Resina K
Válvula transversal	ABS, PE, PVC

soporte

Libre de látex

STERILE EO

0123

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Tubo	PVC
ventilación de la bolsa	(PA)
pinza para tubos y sábanas	ABS
Soporte	PP

Cantidad por caja	Consulte la sección Referencia
Envasado	Doble bolsa de seguridad estéril fácil apertura
Fabricante legal	CONOD Medical Co., Limited No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town Guli Town 215532 Ciudad de Changshu, Jiangsu Province REPÚBLICA POPULAR CHINA En conformidad con la norma EN ISO 13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido Clase: Clase I estéril con función de medición (Clase Im) • Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información	Vida útil: 5 años Almacenamiento: de +5°C a +30°C, en un lugar seco y alejado de la luz solar Libre de látex de caucho natural No reutilizable

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Libre de látex

0123