Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Ficha técnica

Aqua-SID® y Glyco-SID®
Medio de Bloqueo para Sonda Foley

Referencia(s)

Referencia	Nombre	Característica	Cantidad por caja
623001	Aqua-SID®	10 ml de agua purificada	10
623002	Glyco-SID	10 ml de mezcla de agua purificada y glicerina al 10%	10

Descripción

Jeringas precargadas con medio de bloqueo. Para la inflación del globo con catéteres Foley UROSID® (silicona o látex) durante el sondaje.
Jeringa precargada:
Aqua-SID® con 10 ml de agua purificada
Glyco-SID® con 10 ml de mezcla de agua purificada (90%) y glicerina (10%)
Recomendamos Aqua-SID para su uso con catéteres de Foley de látex y Glyco-SID con catéteres de Foley de silicona.
No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados. Solo para llenar el globo, no para inyección.

Materiales principales

Componente	Material
Jeringa	Polipropileno (PP), transparente,
Tapa de jeringa	TPE, negro,
Tapón de goma	Goma, Negro
Desatascador	Polipropileno (PP), blanco o verde

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

Envasado

Bolsa estéril individual con fácil apertura

Fabricante legal

Conod Medical Co., Limited
No. 11 Hongfeng Road Baimao Industrial Park, Guli Town 215532 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido
Clase: I estéril

• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información

Estéril: Rayos gamma (R)
Vida útil: 3 años
Almacenamiento: de +5°C a +30°C, en un lugar seco y alejado de la luz solar
Libre de látex
No reutilizable

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_Aqua-SID y Glyco-SID_62300x_ES01

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

CE LATEX STERILIZE STERILE R

0123 **Libre de látex**