Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Monitor de caídas del paciente

Referencia(s)	**ALARM01**
Descripción	El monitor avisará al cuidador o enfermero de la actividad del paciente cuando este se levante de la cama/silla. Es compatible con SENPAD01 y SENPAD02.

Características del producto	Especificaciones técnicas
• Botón de reinicio en la parte delantera del monitor • Selección de tono y control de volumen de la alarma • Opciones de retraso de la alarma de 0, 2 s y 15 min • Funciona con pilas o adaptador de corriente alterna • Alerta en caso de batería baja • Alerta de pérdida de la almohadilla	**Fuente de alimentación:** 6 V CC, 300 mA o 3 pilas alcalinas AA **Vida de la pila:** 6 meses en condiciones de uso normales **Dimensiones (LxAxF):** 120 x 77 x 34 mm **Peso neto:** 150 g (sin tapa blanda y baterías) **Temp. de funcionamiento:** 10°C ~ 25°C **Humedad relativa** 32-85%

Materiales principales	ABS (UL-94HB, grado de inflamabilidad)
Cantidad por caja	1 monitor de alarma/caja
Envase	Caja
Fabricante legal	Rondish Company Limited Unidad G&H, 4/F, Bloque 1, Kwai Tak Ind. Ctr. 15-33 Kwai Tak. St., Kwai Chung, N.T., Hong Kong ISO9001:2008
Normativa	Directiva: Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE CEM: EN55032 :2012 + AC2013 (Clase B), EN50130-4 :2011 + A1 :2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010 •Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Revisión: 9
Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

CE

Otros requisitos	

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_Alarm_Monitor-ES02

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte