Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Mascarilla respiratoria

Referencia(s)

N9501F

Descripción

Mascarilla respiratoria de filtración de partículas, plana , color blanco, con gomas- FFP2

Datos técnicos

Propiedades físicas	Requerimientos EN 149 FFP2		Resultados
Total fuga interior (%)	< 8 %		2,10
Penetración en material filtrante Penetración máxima inicial en test de aerosoles (% max.)	Test con cloruro sódico 95 l/min	6,0	0,91
	Test con aceite de parafina 95 l/min	6,0	4,39
Resistencia a la respiración Máxima resistencia permitida (mbar)	Inhalación 30 l/min	0,70	0,41
	Inhalación 95 l/min	2,40	1,27
	Exhalación 160 l/min	3,00	2,07

Materiales principales

Capa externa: polipropileno
Capa intermedia: Meltblown
Capa interna: polipropileno

Cantidad por caja

600 unidades/caja

Envasado

20 unidades por dispensador

Una caja de cartón contiene todas las unidades (30 dispensadores)

Fabricante

Zhende Medical - EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual Categoría III
Conforme a los requerimientos para los Equipos de protección individual según BSI para profesionales sanitarios 2020/403 – Especificaciones técnicas de equipos respiratorios de protección

2797 Libre de látex

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.