Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid.
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Mascarilla FFP2 con gomas

Referencia(s)	**ZD-001**
Descripción	Mascarilla respiratoria de filtración de partículas, plana , color blanco, con gomas- FFP2 **Libre de látex**

Datos técnicos

Propiedades físicas	**Requisitos EN 149 FFP2**		**Resultados del ensayo**
Total fuga interior (%)	No más del 8%	No más del 8%	3.5
Penetración del material filtrante Máxima **Penetración inicial del test de aerosoles (% máx.)**	Prueba de cloruro sódico 95 l/min	6.0	1.5
	Prueba de aceite de parafina 95 l/min	6.0	4.2
Resistencia a la respiración, resistencia permitida máxima (mbar)	Inhalación 30 l/min	0.70	0.51
	Inhalación 95 l/min	2.40	1.29
	Exhalación 160 l/min.	3.00	2.12

Materiales principales	• Capa externa: spunbond Capa del filtro: meltblown Forro: no tejido • Capa interna: spunbond
Cantidad por caja	600 unidades/caja
Envasado	20 unidades por caja dispensadora Una caja de cartón contiene todas las unidades (30 dispensadores)
Fabricante legal	Zhende Medical Co., Ltd.
Reglamento 2016/425	De acuerdo con la Normativa de equipos de protección individual Reglamento (UE) 2016/425 EPI Categoría III Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información:	NA

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.