Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich,
Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Mascarilla FFP2

Referencia

ZD-002

Descripción

Mascarilla de filtración de partículas, plana , color blanco, con gomas en la cabeza- FFP2, libre de látex

Ficha técnica

Propiedades físicas	Requisitos EN 149 FFP2		Resultados
Fuga total hacia el interior (%)	No más de 8		2,10
Penetración del material del filtro Penetración inicial máxima de aerosoles de ensayo (% máx.)	Ensayo con cloruro de sodio 95 l/min	6,0	0,91
	Ensayo con aceite de parafina 95 l/min	6,0	4,39
Resistencia a la respiración Resistencia máxima permitida (mbar)	Inhalación 30 l/min	0,70	0,41
	Inhalación 95 l/min	2,40	1,27
	Exhalación 160 l/min	3,00	2,07

Materiales principales

Capa exterior: spunbond
Capa del filtro: meltblown
Revestimiento: tejido sin tejer
Capa interior: spunbond

Cantidad por caja

600 unidades por caja

Envasado

20 unidades por dispensador

Una caja de cartón contiene todas la unidades (30 dispensadores)

Fabricante

Zhende Medical - EN ISO 9001

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual Categoría III
De conformidad con **EN149:2001 + A1:2009**

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

2163

libre de látex

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_*Respirator mask_ZD-002*-ES03

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 3