
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3, Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Nitrilo Generation Pink

Referencia(s)

Referencia	Tamaño
PINKE2501	S
PINKE2502	M
PINKE2503	L

Descripción

Guante de examen de nitrilo rosa en apoyo de la concienciación sobre el cáncer de mama - Medline dona veinte céntimos de euro por cada caja de guantes de examen de nitrilo rosa Generation vendida anualmente.

Materiales principales

Caucho de nitrilo butadieno
Libre de látex
Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3

Cantidad por caja

250 unidades por caja – 10 cajas por caja de cartón

Envasado

Dimensiones del dispensador: 245 mm (largo) x 128 mm (ancho) x 83 mm (alto)
Dimensiones de la caja: 427 mm (largo) x 263 mm (ancho) x 255 mm (alto)

Características:
- Film MicroStop
- Envasado a capas planas
- Código de talla por colores

Fabricante legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
Instalaciones certificadas WRAP - Medline apoya los derechos laborales y humanos

Reglamento 2016/425

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase I – no estéril
En cumplimiento con las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple las normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 16523-1

ISO 374-1:2016/Type C



Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información:

Color: Rosa

Libre de látex

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Superficie: Punta de los dedos texturizada

Diseño de puño: Con reborde

Aditivo químico (aceleradores): Ditiocarbamatos por debajo de los límites detectables de acuerdo al método UPB/P/003ª

Ausencia de agujeros (según EN 455-1): ≤1,0 AQL (la norma exige el cumplimiento de 1,5 AQL) utilizando un plan de muestreo según ISO 2859-1

Fuerza de rotura según EN455-2

Referencia	Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 6 N)	Fuerza de rotura después del envejecim acelerado (según EN455-455-2 ≥ 6 N, 7 d horno a 70°C)
	Mediana	Mediana
PINKE2502	7,5N	7,5N

(Largo y ancho según EN455-2)

Referencia	Longitud:	Ancho
	Mediana	Mediana
PINKE2501	245mm	86 mm
PINKE2502	245mm	96 mm
PINKE2503	252mm	106mm

Contenido de polvo (según EN 3): 0,16 miligramos por guante

Espesor (basado en el mínimo):
Punta del dedo 0,07 mm
Palma: 0.07 mm
Puño: 0.07 mm

Penetración viral: Probado y aprobado, de acuerdo con EN 374-5

Resistencia química: La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1 y a fármacos de quimioterapia de acuerdo con ASTM D 6978.
Se pueden obtener resultados y recomendaciones para el uso con productos químicos y medicamentos de quimioterapia a pedido.

Fecha de caducidad: 36 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Contacto con alimentos: Probado de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) N.º 10/2011

Recomendaciones de almacenamiento: Proteger de la congelación. Evite el calor excesivo. Mantener seco El producto debe protegerse de la luz solar directa, la iluminación fluorescente, los rayos X, la humedad y el ozono.

PAÍS DE ORIGEN: Malasia

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y permanente soporte