Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid, España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ref. 003-40F



Ref. 006-40F

Ref. 400040



Internacional

Ref. 000-40F



FR

Ficha técnica

Humidificadores Aquapak® con adaptadores

Agua estéril Aquapak® con adaptador para humidificador

Referencia	Capacidad	Configuración	Válvula de descarga de presión	Conexión del adaptador	Incluye	Unidades/caja
400340	340 ml	Agua estéril	Sí	EE. UU.	400040	20
400640	650 ml	Agua estéril	Sí	EE. UU.	400040	10
003-40F	340 ml	Agua estéril	Sí	Francés	000-40F	20
006-40F	650 ml	Agua estéril	Sí	Francés	000-40F	10

Descripción

Botella de agua estéril, con adaptador. El adaptador se ubica en la vía del gas y sirve de canal para la administración de la humidificación. La conexión entre el adaptador de humidificación y la botella mantiene la integridad del sistema cerrado durante la intervención.

Características del agua estéril Aquapak: 1 x destilada, desionizada, desclorada, doble filtro a través de filtro Millipore, no pirogénica, estándar de grado USP.
Método de esterilización del agua: procesamiento aséptico (A)

Adaptadores Aquapak: están disponibles en 2 versiones y permiten la conexión directa al caudalímetro:
- 9/16 pulgadas (internacional)
- 12/125 pulgadas (FR)

Método de esterilización de los adaptadores: radiación (R)

Materiales principales

Reservorio:
Botella: Polipropileno
Agente Agua destilada, estéril, conforme al grado USP

Pinza de perforación: Polímero de base acrílica o poliestireno
Adaptador: Polipropileno
Manga: Silicona

Cantidad por caja

Consulte la tabla

Envasado

Bolsa del adaptador: Tyvek
Bolsa exterior: Bolsa de polietileno (PE)

Fabricante

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC 27560, EE. UU. –EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase: IIa estéril
- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

CE 1639

STERILE A
STERILE R

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_Aquapak Humifidifiers with Adaptors_ES01

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 5